



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

08/07/2021 13:02 - E-52446582 - 949 - 239



00143573766

Sayı : 35277066-949

Konu : EFORLU EKG CİHAZI TAMİRİ İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 12.07 /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 12.07(Yüzylirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	EFORLU EKG CİHAZI TAMİRİ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6ec1cafc-77eb-429e-9072-c5daa0720628

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BIYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	EFORLU EKG	
MARKASI VE MODELİ	TEPA	EKG MASTER
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2007	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	1008444678	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	USB MODÜL	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	EFORLU EKG	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

Jeval Ayhan
Jenny

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZ HASTADAN EKG SİNYALİ ALMIYOR

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN HASTA SİNYALİZASYON KISMINDA SORUN OLDUĞU, EKG SİNYALLERİNİ VUCUT YÜZEYİNDEN ALAN 10 LEAD KABLONUN USB MODÜL TARAFINDAKİ BAĞLANTI SOKETİ İÇERİSİNDE BULUNAN PINLERİN KIRIK OLDUĞU VE CONNECTÖRÜN MAINBORAD ÜZERİNDEKİ LEHİM BAĞLANTILARININ ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİĞİ VE İLETİM SAĞLAMADIKLARI GÖRÜLMÜŞTÜR. BU NETİCEDE MODÜL ÜZERİNDE BULUNAN SOKET CONNECTÖRÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİ VE CİHAZIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONLARININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
2- X
3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı	Ahmet AKTAŞ	Emih TIRYAKI
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi	Biyomedikal Teknik Servis	Biyomedikal Mühendisi
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil		
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında		