



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRDİMİ

09/07/2021 10:03 - E-52446582 - 949 - 242



00143657196

Sayı : 35277066-949

Konu : SOĞUK IŞIK KAYNAĞI FİBER OPTİK KABLO ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

12/07/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

| TEKLİFLER | | | | | |
|-----------|---|--------|-------|--------------------------|--------------|
| Sıra | Cinsi | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | FİBER OPTİK IŞIK AKTARIM KABLOSU YETİŞKİN | 2 | ADET | | |
| | | | | TOPLAM(KDV HARİÇ) | |

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI : 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 046c6cdd-448d-409a-aa1e-5533eac7f6b6

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**SOĞUK IŞIK KAYNAĞI FİBER OPTİK KABLO
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Konu: Bu teknik şartname hastanemiz ameliyathane ünitesinde kullanılmakta olan OLYMPUS marka Visera Elite CLV-S190 model soğuk ışık kaynağına ait "Fiber Optik Kablo" ile ilgili teknik, garanti vs. hususları kapsamaktadır.

Teknik Özellikler:

1. Teklif edilen fiberoptik kablo Olympus marka CLV-S190 model Xenon ışık kaynağına uyumlu olmalıdır.
2. Fiber optik kablo Olympus optiklere uyumlu olmalıdır.
3. Xenon ışık kaynağı ile kullanımda kabloda herhangi bir yanma vs durumları olmamalıdır.
4. Fiberoptik kablo sıvı, gaz sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
5. Fiberoptik kablo esnek yapıda olmalıdır.
6. Fiber optik kablo en az 200 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Ürünlerin UBB/UTS kaydı olmalıdır.
8. Numune değerlendirmesi yapılacak olup uygunluk değerlendirme sonrası verilecektir.
9. Ürünün en az 1 yıl garantisi olmalıdır.

M. F. Yılmaz
M.

Şahin Akbaş
M.

Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi