



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
09/07/2021 10:03 - E-52446582 - 949 - 240



Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM ANESTEZİ HEMODİNAMİK MONİTÖR AKSESUARLARI ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

12.07/2021 Asağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **12.07.2021** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdexlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

**İrfan KÜÇÜKOĞLU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD	12	ADET		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2	10	ADET		
			<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdexlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ad6a67e2-570c-4579-89d8-748559b690be Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

**HASTABAŞI MONİTÖR 3 LEAD EKG KABLOSU  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Alınacak olan EKG kabloları hastanemizde kullanılan Philips marka MX-550 model hastabaşı monitöre uyumlu olmalıdır.
2. Kablolar 3 lead olmalıdır.
3. EKG kablosu monitöre giriş soketi 11 pinli olmalı ve cihaza uyumlu olmalıdır.
4. Kablo uzunluğu en az 1 metre olmalıdır.
5. EKG kablosu elektrot takılan uçlar çit çit uçlu olmalıdır.
6. Ürünler numune üzerinden değerlendirilip uygunluğuna karar verilecektir.

**HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 ARA KABLOSU  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Alınacak olan SPO2 ara kabloları hastanemizde kullanılan Philips marka MX-550 model hastabaşı monitöre uyumlu olmalıdır.
2. SPO2 kablosu monitöre giriş soketi 17 pinli olmalı ve cihaza uyumlu olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu en az 1 metre olmalıdır.
4. SPO2 ara kablosunun tek kullanımlık ve çok kullanımlık problemler için giriş soketi uyumlu olmalıdır.
5. Ürünler numune üzerinden değerlendirilip uygunluğuna karar verilecektir.

Emin TIRYAKI  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

Mehmet Emin DAĞDIREN  
Anestezi Sorumlu Teknikeri  
Sicil No: 80914