



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİM

16/07/2021 14.46 - E-52446582 - 949 - 248



00144087815

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM MOR BRANÜL ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **28.07** /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adi geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	BRANÜL MOR 26G	10.000	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



MOR BRANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanül kısmı Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalı, bu özelliklere sahip olduğuna dair komisyona belge sunulmalıdır.
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radyoopak özellik taşımalıdır.
3. İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı, iğne üzerinde pürüzlenme olmamalı, işğa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme ve renk tonu farkı olmamalıdır.
4. IV kanülün kapağı serum seti, kan seti, step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
5. Renk kodlu olmalı, çapları uluslararası standardına uygun olmalıdır.
6. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır.
7. Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde bir valf sistemi yer almalıdır.
8. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalıdır.
9. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermeyecek şekilde bir valf sistemi yer almalıdır. Ancak plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamalıdır. IV kanülün damara girişi kolay olmalıdır. Ancak bu kolaylık lubricant bir madde ile değil bombeli uçlama sistemi sağlanmalıdır.
10. Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmelidir.
11. Dış yüzey üzerinde radyoopak çizgi olmalıdır.
12. Kanülhidrofob ve transparan kan tutuculu olmalıdır.
13. Kanül arkasında ayrılabilir luerlock kapakçık olmalı ve Luerlock koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalıdır.
14. Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat, açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olmalıdır.
15. Steril tekli paketlerde olmalıdır. Tek tarafı medikal kâğıt, diğer tarafı şeffaf malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
16. İntraket ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
17. Steril ambalaj depolama esnasında yırtılıp kırılmayacak materyalden olmalıdır.
18. Kanül tek elle kullanılabilir yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. Parçaları uyumlu olup kendiliğinden dağılmamalıdır.
19. Damar içerisinde king yapmamalıdır, kırıldığıında yırtılmamalıdır. Eski halini almalıdır.
20. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 4 yıl olmalıdır.
21. TITUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
22. En az 20 adet teslim edilecek, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Sibel CAKBAZ
Sorumlu Hemşire
Sj

Betül Köymüşoğlu
404BCD
Hemşire

Dr. Ayhan B. ÖZDEMİR
Başhekim
Diy. 193.157.113892
4