



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

11/08/2021 13:07 - E-52446582 - 949 - 287



00145400725

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM TENS ELEKTRODU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 16.08/2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(YüzYirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TENS ELEKTRODU	400	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b3980db0-21ec-4b36-bd76-56fd68b2806a

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS DEVLET HASTANESİ

Kendinden Yapışkanlı Elektrot Pedi Teknik Şartnamesi

Hazırlayan Birim: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

Konu Kapsam : Fizik Ted. ve Reh. Ünitesinin Elektroterapi kısmında ve Rehabilitasyon Salonundaki cihazlarda kullanılmak üzere kendinden yapışkanlı elektrot pedi ihtiyacı söz konusudur.

Gerekçe : Fizik Ted. ve Reh. Ünitesinde elektro terapi kısmında elektro terapi uygulamalarında kullanıma uygun kendinden yapışkanlı elektrot pedi ihtiyacı vardır.

Teknik Özellikler:

1. Elektrotların üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3 cm uzunluğunda uygun kablo girişinin olması gereklidir.
2. Elektrotların üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jel olmalıdır.
3. Elektrot içerisinde uzun kullanım ve iyi iletkenlik için karbon film olmalıdır
4. Elektrotlar 15-20 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır.
5. Elektrotlar 5x5 cm kare ölçülerinde olmalıdır.
6. Uygunluğu F.T.R ünitesince değerlendirilecektir.

FTR TEKNİKERİ
Nebahat KOZAN
NKN

Fzt. Yusuf SÖNMEZ



Fzt. Abdulkökü Demir
