



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ

23/08/2021 11:21 - E-52446582 - 949 - 654



Sayı : 35277066-949

Konu : MAKROSKOPİ KABİNİ FAN MOTORU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **(26/08/2021)** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120 (Yüzvirmil)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ VE MALİ HİZMETLER

TEKLİFLER				
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Toplam Tutar
1	MAKROSKOPİ KABİNİ FAN MOTORU	1	ADET	
TOPLAM(KDV HARİÇ)				

İletişim: Emin TIRYAKI
Cep: 0530 079 2416

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e9840b41-f622-41f4-995b-53806a4d75d0

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>






T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

MAKROSKOBİ KABİNİ FAN MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fan motoru hastanemiz patoloji laboratuvarında kullanılan makroskopi kabine uyumlu olmalıdır.
2. Fan motoru yuvarlak kanal tipi ve plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Fan motoru sessiz çalışmalıdır.
4. Fan kapasitesi en az 1.100 m³/h olmalıdır.
5. Fan motoru şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
6. Fan motoru aşırı sıcaklık korumalı olmalıdır.
7. Ürün en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
8. Örnek teşkil etmesi amacıyla ürünün görseli aşağıda bulunmaktadır.



Uzm. Dr. Uğur İZOL
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No : 152356

Ahmet Aktepe
Mühendis

Emir TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi