



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
23/08/2021 11:22 - E-52446582 - 949 - 655



Sayı : 35277066-949

Konu : RİJİT URS TAMİRİ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (26.08/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 30.08.2021 gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ VE MALİ HİZMETLER

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	RİJİT URS TAMİRİ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

İletişim : Emin TİRYAKİ
Cep: 0530 079 2416

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 54ef04a7-0834-439d-88de-4ac842585a68

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	RİJİT ÜRETRESOKOP	
MARKASI VE MODELİ	KARL STORZ	2700L
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	-	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	1008823703	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVANLIKLAR :	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	AMELİYATHANE (ÜROLOJİ)	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

Yılmaz ÇELİK
Mühür

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZ GÖRÜNTÜSÜ NET DEĞİL

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN RİJİT OPTİK KISMINDA BULUNAN LENS VE MERCEKLERDE DEFORMASYONLAR OLDUĞU VE SIVI GEÇİRMEZ YAPININ ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİĞİ VE LENSLERDE SIVI TEMASI OLDUĞU, AYDINLATMA KISMININ YETERSİZ IŞIK İLETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. BAHSE KONU ARIZALARIN KURUM İMKANLARIYLA TAMİRİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
2- X
3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı	Ahmet AKTAŞ Biyomedikal Teknik Servis	Emin TIRYAKI Biyomedikal Mühendisi
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi		
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil		
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında		