



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

10-09/2021 08:29 - E-52446582 - 949 - 333



00147557280

Sayı : 35277066-949

Konu : HASTA KARYOLASI MOTOR KONTROL KARTI TAMİRİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15.09** /2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA KARYOLASI ELEKTRONİK KART TAMİRİ	18	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 14104f8a-cb77-4bca-94c3-a44f6d255366

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CIHAZIN ADI	HASTA KARYOLASI KONTROL KARTI (18 ADET)	
MARKASI VE MODELİ	MUKA-MESPA	MKF-4350,4450
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2014	
CIHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	-	
CIHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :	-	
CIHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	HASTANE GENELİ YATAKLI SERVİSLER	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

ARIZA AÇIKLAMASI

KARTLAR ÇALIŞMIYOR

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA KARYOLALARIN MOTOR KONTROL KARTLARININ ARIZALI OLDUĞU, GEREKLİ FONKSİYONLARI YERİNE GETİRMEDİĞİ BUNUN SEBEBİ OLARAK TA KART ÜZERİNDE BULUNAN ELEKTRONİK SMD KOMPANENTLERİN ZAMAN İÇERİSİNDE ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİĞİ/YANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. YENİ KONTROL KARTLARI MALİYETLİ OLDUĞUNDAN ARIZALI OLAN KARTLARIN ONARILMASI GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
- 2- X
- 3- X

	Arıza Yapıldı		
	Malzeme Talebi	Yılmaz YILDIZ	Ahmet AKTAŞ
X	Atolyede tamiri mümkün değil	Biyomedikal Teknik Servis	Biyomedikal Teknik Servis
	Garanti kapsamında		Emin TIRYAKI
			Biyomedikal Mühendisi