



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
21/09/2021 13:23 - E-52446582 - 949 - 350



00148374037

Sayı : 35277066-949

Konu : YOĞUN BAKIM HASTABAŞI MONİTÖR ARIZASI TAMİRİ İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**24/09/2021**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖR TAMİRİ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı bilgi için Emin TIRYAKI 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: c947aa81-96e9-46ed-a451-fd2d76c05af4

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	YOĞUN BAKIM HASTABAŞI MONİTÖRÜ	
MARKASI VE MODELİ	SPACELABS	91390
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2014	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	1010887035/1390-107290	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVANLILIKLAR :	NIBP MODÜLÜ	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	COVID YOĞUN BAKIM	

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZ TANSİYON ÖLÇMÜYO, DOKUNMATİK ÇALIŞMIYOR.

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

Selma TEMÜLOĞU
COVID TBÜ
J

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN NIBP MODÜLÜNDE ARIZA OLDUĞU , "INFLATION ERROR" HATASI VERDİĞİ ANCAK BASINÇ MOTORUNUN ÇALIŞTIĞI FAKAT SENSÖR VE VALFLERDE ARIZA OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. AYRICA CİHAZIN TOUCHSCREEN İN DE ARIZALI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. ONARIMI ATÖLYEDE MÜMKÜN OLMADIĞINDAN YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
2- X
3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı
<input type="checkbox"/>	Malzeme Talebi
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında

Ahmet AKTAŞ
Biyomedikal Teknik Servis

Emin TIRYAKI
Biyomedikal Mühendisi