



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

23/09/2021 10:54 - E-52446582 - 949 - 358



00148533980

Sayı : 35277066-949

Konu : AMELİYAT MASASI MEMBRAN TİP TUŞ TAKIMI ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**27/09/2021**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	AMELİYAT MASASI EL KUMANDASI MEMBRAN TİP	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI: 0530 079 24 16

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 929eacf3-1978-4e87-b624-ffe8964796d0

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**AMELİYAT MASASI MEMRAN TİP TUŞ TAKIMI
TEKNİK ŞARTANMESİ**

1. Tuş takımı membran tip olacak ve flex kablo ile kontrol kartına bağlanabilecektir.
2. Tuş takımı Yükseliş marka TKF1100-S model cihaza uyumlu olacaktır.
3. Tuş takımı üzerinde en az "trend., tilt, table up-down, flex-reflex, on-off, floor lock-unlock" fonksiyonları bulunacaktır.
4. Kumanda gövdesine yapışması için Membran arka yüzünün yapışkanlı olması gerekmektedir.
5. Ürün cihaz üzerinde denenecek ve uygunluğuna karar verilecektir.

[Signature]
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

[Signature]
Ahmet Akbaş

[Signature]
Melmet Taty Yildiz



KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	AMELİYAT MASASI	
MARKASI VE MODELİ	YÜKSELİŞ	TKF1100-S
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2014	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	1008306355/TKF1100-S-008	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR :	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	AMELİYATHANE	

ARIZA AÇIKLAMASI

MASA HAREKET ETMİYOR

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

Ameliyathane
- Mehmet Fatih YILDIZ

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA MASASININ KONTROL KUMANDASININ KOMUTLARI YERİNE GETİRMEDİĞİ, TILT, YÜKSEKLİK VE ÖN-ARKA KOMUTLARI ÇALIŞTIRMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. ANCAK MASANIN MOTOR-HİDROLİK SİSTEMLERİNİN ÇALIŞTIĞI KUMANDA MEMBRAN TİP TUŞ TAKIMININ ARIZALI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. MEMBRAN TİP TUŞ TAKIMI VE EL KUMANDASI GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- AMELİYAT MASASI MEMBRAN TİP TUŞ TAKIMI
- 2- X
- 3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı		
<input checked="" type="checkbox"/>	Malzeme Talebi	Ahmet AKTAŞ	Erkin TIRYAKI
<input type="checkbox"/>	Atolyede tamiri mümkün değil	Biyomedikal Teknik Servis	Biyomedikal Mühendisi
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında		