



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
23/09/2021 10:54 - E-52446582 - 949 - 726



Sayı : 35277066-949

Konu : HASTABAŞI MONİTÖR EKG KABLOSU 3 LEAD ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (27/09/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖR EKG KABLOSU 3 LEAD	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı Bilgi için Emin TIRYAKI : 0530 079 2416

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6fce903b-74d9-42f8-ad9b-a84093753e46

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**HASTABAŞI MONİTÖR EKG KABLOSU
TEKNİK ŞARTANMESİ**

1. EKG kablosu hastanemizde kullanılan Nihon Kohden marka BSM-4113k model hastabaşı monitörlere uyumlu olacaktır.
2. EKG kabloları 3 lead ve çıt-çıt veya krokodil uçlu olacaktır.
3. EKG kabloları hastaya ve cihaza takıldığında hastadan alınan EKG sinyallerinde parazit veya artefakt oluşturmamalıdır.
4. EKG ara kablosu ; dezenfektan, alkol, vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Ürünlerin UBB/UTS kayıtları olmalıdır. Kayıtları olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ürün cihaz üzerinde denenecek ve uygunluğuna karar verilecektir.

Emin İRYAKI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Sümeyra Sınıralı
Ebe
gsc