



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

23/09/2021 10:54 - E-52446582 - 949 - 359



00148533900

Sayı : 35277066-949

Konu : OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (OKSİJEN TÜPÜ ÜZERİ) ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**27/09/2021**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK MANOMETRELİ (NEMLENDİRİCİ KABI İLE)	50	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Belge Doğrulama Kodu: 46cb23d7-ed16-40af-9c1a-2a08cb290719

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



OKSİJEN TERAPİ CİHAZI MANO METRELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz (ms 58) pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Cihazda oksijen giriş basıncını gösteren manometre olmalıdır.
3. Cihazda basınç 3,5-4 Kg/cm² regülatör olmalıdır.
4. Cihaz flowmetre 0-15 lt/dk kontrollü gaz akımı sağlanmalıdır.
5. Regülatör giriş kısmında oksijen süzen filitre olmalıdır.
6. Skala 0-15 lpm aralığında 1 lpm artışlı olmalıdır.
7. Skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbonat malzemeden imal edilmiş olmalı ve paslanmaz topa sahip olmalıdır.
8. Gövde pirinç malzemeden mamül krom kaplı olmalıdır.
9. Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden olmalıdır.
10. Nemlendirme şişesi otoklavda steril edilmelidir.
11. Flowmetre nemlendirme şişesi ve ayar bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmalı ve bu bölümler kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır.
12. İhale öncesi numune teslim edilecektir.



Şahin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomekanik Mühendisi

Şahin TIRYAKI