



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ

30/09/2021 10:05 - E-52446582 - 949 - 743



Sayı : 35277066-949

Konu : EMG ELEKTROT ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (05/10/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır,

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	EMG YÜZEYEL DİSK ELEKTROT	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Emin TIRYAKI : 0530 079 2416 (Detaylı bilgi için)

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: acd0491a-3fde-4281-9e27-5e10cb77ce53

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



EMG YÜZEYEL DİSK ELEKTROD ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrodlar Nihon Kohden Marka EMG cihazı ile uyumlu olmalı ve orijinal olmalıdır
- 2- Elektrodların uzunluğu 1,5 metreden az olmamalıdır.
- 3-Elektrodlar disk elektrod olacak ve arkası plastik bir malzemeye kaplı olacaktır
- 4-Elektrodların cihaza bağlanan kısmı key konnektör şeklinde olmalı ve cihaza tam uyumlu olmalıdır
- 5-Cihazda parazit yapmayan elektrodlar tercih edilecektir
- 6- Elektrod kabloları uzun süreli kullanımlara;eğilme,bükülme ve kıvrımlara dayanıklı olmalı kısa sürede deforme olmamalıdır
- 7-Numune verilecek ve cihaz üzerinde denenecektir,yapılan değerlendirme sonucunda ürün kabulü yapılacaktır.

ALİ CAN YALÇIN

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ



GAMZE BARAN AKTAŞ

HEMŞİRE

