



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
30.09.2021 10:05 - E-52446582 - 949 - 744



Sayı : 35277066-949

Konu : BUHAR OTOKLAV TAMİRİ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (05.10./2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzvirmisi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	BUHAR OTOKLAV TAMİRİ	1	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a47abb1d-23ff-4543-a086-50b8b56bef7a Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	BUHAR OTOKLAV CİHAZI	
MARKASI VE MODELİ	ERYİĞİT	ERS7715D
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2018	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	2019/01-054/1016157280	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVANLILIKLAR :	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	STERİLİZASYON ÜNİTESİ	

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

ARIZA AÇIKLAMASI

KURUTMA DA HATA VERİYOR, STERİLİZASYON BAŞARISIZ HATASI

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN TAHİYE ÜNİTESİNDE BULUNAN SİLİNDİRİK TÜP, YÜKSEK BASINÇ VE SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK DELİNİMİŞ VE ONARIMI SAĞLIKLI OLMAYIP DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. KONDENSTOP, ÇEK VALF TAKIMLARI, EMNİYET VENTİLLERİDE DEĞİŞMESİ CİHAZIN SAĞLIKLI ÇALIŞMASI İÇİN GEREKMEKTEDİR. AYRICA ON-OFF ANAHTARIDA DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- X
- 2- X
- 3- X

Arıza Yapıldı

Malzeme Talebi

X

Atölyede tamiri mümkün değil

Garanti kapsamında

Ahmet AKTAŞ

Biyomedikal Teknik Servis

Emin TIRYAKI

Biyomedikal Mühendisi