

PULMONER BALON DİLATASYON KATETER

- 1) KATATER UZUNLUĞU EN AZ 180-250CM OLMALIDIR.
- 2) BALON 3 AŞAMALI ŞİŞEBİLMELİDİR.
- 3) BALON ÇAPI 10-15-20-25-30-35-40 MM OLMALIDIR.
- 4) BALONUN UZUNLUĞU 55 MM VEYA 80 MM OLMALIDIR.
- 5) BALON KATATER SETİN İÇİNDE HAZIR 0,035 İNÇ UCA YUMUŞAK GÖVDESİ 300 CM TEFLON QUİDE OLMALIDIR.
- 6) BALONUN HER İKİ UCUNDA MARKIR OLMALIDIR.
- 7) 2.8 MMLİK ÇALIŞMA KANALINA UYGUN OLMALIDIR.
- 8) TEKLİ STERİL PAKETLERDE MUHAFAZA EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 9) SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 18 OLMALIDIR.
- 10) TC SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ,SAKLAMA KOŞULLARI OLMALI VE FAKÜLTEMİZE AİT İU KODLARI BARKOT HALİNDE BASILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.
- 11) MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR.AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ,LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR
- 12) MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR.
- 13) MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ) KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.
- 14) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP MALZEME İLGİLİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİNİN TALEBİ ÜZERİNE BELİRLİ ARALIKLARLA TESLİM EDİLECEK OLUP,YÜKLENİCİ FİRMA SİPARİŞ ÇEKİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN EN GEÇ 10(ON) GÜN İÇERİSİNDE TESLİMAT GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDADIR.
- 15) TEKLİF EDİLEN MALZEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ.TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) KAYITLI OLMASI GEREKMEKTEDİR.
- 16) İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE BAYİSİ OLARAK TANIMLADIĞINI GÖSTERİR TİTUBB VEY ÜTS KAYITLARINI (T.C SAĞLIK BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGELERİ),TEKLİF ETİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB VEYA ÜTS KAYITLARI VE İHALE DOSYASINDA ALIM YAPILMAK İSTENEN ÜRÜNLERİN SUT KODLARI İLE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SUT KODLARININ EŞLEŞMİŞ OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ İHALE DOSYASINA SUNMALIDIR.
- 17) ÜRÜN TEDARİKÇİ/BAYİ SORGULAMALARI ÖNCELİKLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) [http://UTSUYGULAMA .SAGLIK.GOV.TR/](http://UTSUYGULAMA.SAGLIK.GOV.TR/) ADRESİNDEN,ÜTS DE ÜRÜN KAYITLI DEĞİLSE TİTUBB SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.UBB KODUNA SAHİP OLAN MALZEMELERİN ULUSAL BİLGİ BANKASININ VERİ TABANINDAKİ TÜM BİLGİLERİN MALZEMİYİ TARİF EDECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ VE EKSİKSİZ OLARAK TANIMLANMIŞ OLMASI GEREKLİDİR.
- 18) İSTEKLİ İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE EN AZ 1 ADET NUMUNİYİ İHALE ESNASINDA İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.
- 19) FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMELİDİR.
- 20) YÜKLENİCİ FİRMA :AMBALAJI AÇILDIĞINDA,KULLANIMA UYGUN OLMAYAN ,HATALI,BOZUKOLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE 10 (ON) GÜN İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRECEKTİR.

Ameliyathane Sorumlusu
Seydi POLAT

Yakup ÖZER
Çobanbey Hastanesi
Tıbbi Sarf

Aysel UYAR
Çobanbey Hastanesi
Sağ. Bak. Hiz. Md.

Dr. İsmail HAKKI GÖL
Çobanbey Hastanesi Başhekim