



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

26/10/2021 12:50 - E-52446582 - 949 - 426



00150958752

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 KALEM TIBBİ SARF ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 01.11.2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipariş takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdexlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANJİYOGRAFİ KATETERİ HİDROFİLİK 5F 100cm (BEYİN CERRAHİ)	3	ADET		
2	HİDROFİLİK KATETER VERTEBRAL (BEYİN CERRAHİ)	3	ADET		
3	KILAVUZ TEL 0,035 HİDROFİLİK J UÇLU (BEYİN CERRAHİ)	3	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdexlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ea15b35a-1684-4736-89cb-be78d03c6efc

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



HİDROLFİLİK KAPLI ANGIOGRAFI KATETERİ ŞARTNAMESİ

SUT:GR1004

1. Kateter vasküler yapıların görüntülenmesi için üretilmiş olmalıdır.
2. Kateter 0,035-0,038 inç klavuz tel ile uyumlu çalışmalıdır.
3. Kateterler hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalı uç yapısı yumuşak olmalıdır.
4. Kateterler 1000psi basınca dayanıklı olmalıdır.
5. Kateter kırılmaya dayanıklı ve floroskopi altında görüntülemeye uygun olmalıdır.
6. Her kutuda 5 adet ürün bulunmalıdır.
7. Kateterler disposable olarak ve kullanıma hazır steril ambalajlarında sunulmalıdır.
8. Kateterlerin 4-5-6 ve 7F çap ve 60-65-80-90 ve 100 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
9. Kateterlerin RH,RS,YAS,RLG,COBRA1,COBRA2,COBRA3,MIKAELSSON,SHEPHERD HOOK,MP A1,MP B1, SIM1-2-3-4,PULMONER,DÜZ,REUTER,Single Curve, RUC,HH1-3-5-6 ,NEWTON1-2-3-4-5,BENTSON2-3,MANI,RDC,VERTEBRAL gibi farklı uç seçenekleri olmalıdır.
10. Ürünün sterilizasyon yöntemi, CE işareti kutu ve ürün üzerinde gösterilmelidir.
11. Ürünün miadı en az 2(iki) yıl olmalıdır.


Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Kemal Alper AFŞER
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tesc. No : 176828

**KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK, 260-300 CM.
KV1296-**

- 1- Kılavuz tel 0,035" kalınlığında olmalıdır.
- 2- Kılavuz telde 260-300 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
- 3- Kılavuz telin uç ve dışarıda kalan görünür kısmı silikon, orta kısmı hidrofilik olmalıdır.
- 4- Kılavuz telde, çekirdek tel üzerine koil sarmalı yüklenmeden önce, penetrasyonu, torku ve desteği maksimum seviyede artırmak için ilk hareketin başladığı uç kısmına bir koil daha implant edilmiş olmalıdır.
- 5- Kılavuz telde, özellikle tortüyoözlü anatomilerde atravmatik bir geçiş sağlamak ve yan dal lezyonlarında kolay giriş için tasarlanmış önceden şekillendirilmiş açılı, 1,5"J" ve 3"J" uç seçenekleri olmalıdır.
- 6- Kılavuz tel etilen oksit ile siteril edilmiş ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 7- İhaleye teklif veren firmaların gruptaki bütün malzemelere teklif vermeleri zorunludur

Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Kemal Alper AFŞER
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tesc. No : 176828