



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

26/10/2021 13:49 - E-52446582 - 949 - 433



00150981657

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM SOLUNUM DEVRESİ (YETİŞKİN) ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

01/11/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır,

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SOLUNUM DEVRESİ YETİŞKİN STANDART	500	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

UBB Kodu Belirtiniz?

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0e2bfeca-ec53-4cbc-8205-470a536f04f2

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



SOLUNUM DEVRESİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi tek kullanımlık olmalıdır.
2. Solunum devresi hastanemizde kullanılmakta olan ventilatörler ile uyumlu, kaçağa neden olmamalı, konnektörleri universal standartlarda olmalıdır.
3. Nontoksik, ajirojen özellikte, dayanıklı, hafif, şeffaf, spiralli yapıda olmalıdır.
4. Hortum içinden geçen akıma karşı düşük direnç gösterir özellikte olmalıdır.
5. Kullanımda kolaylık sağlayacak şekilde yeteri kadar esnek olmalı, bükülme ve ezilmelere karşı dirençli olmalıdır.
6. Ventilatör devresi en az 1.8 m inspirasyon ve expirasyon hattından oluşmalıdır.
7. Devrenin tüm hat ve konnektörlerinin komplians ve akışa direnç testleri yapılmış olmalıdır.
8. Devrenin expiratuvar kolu üzerinde şeffaf sıvı haznesi istediğinde açılıp kapanabilmeli ve hortumlara sabitlenmiş su tutucu olmalıdır
9. Hasta devresi inspirasyon ve expirasyon hatlarını birleştiren bir "Y" konnektör içermelidir.
10. Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan portlu elbow konnektör içermelidir.
11. Klinik olarak temiz ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
12. Hasta devresi kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilebilir

Uzm. Dr. Ali KARAKIŞ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 122918

Uzm. Dr. Feriye TEMİZ
İç Hastalıkları Uzmanı
Kilis Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 126144 82164