



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

09/11/2021 09:04 - E-52446582 - 949 - 473



00151875726

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ANJİO MANİFOLD 3 LÜ SET ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **15/11** 2021 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANJİO-MANİFOLD 3 LÜ SET	280	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

UBB Kodu 4021712

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0e68f2d3-e34c-404b-81e8-f9feb5700f73

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



2. D.

12. kale m

## MANIFOLD KİT SET

1-Set içerisinde steril şekilde üç yollu musluk , koroner anjiyo enjektörü , opak seti ve basınç line (140-150 CM) hazır şekilde bulunur alıdır.

2- Set içerisinde üç yollu musluk kullanım kolaylığı bakımından kolayca çevrilebilmelidir.

3-Set içerisinde anjiyo enjektörü 12cc olup bağlantıları steril pakette bağlantılı olarak teslim edilmelidir. İçi kolayca görülebilecek yapıda olmalıdır.

4- Musluktaki bağlantıları enjektörün bağlantı yerinden itibaren sırasıyla opak set, basınç line olarak bağlantıları sıralanmış olmalı ve aynı set içinde verilmelidir.

5- Radyopak kolayca bir defada çekilebilmeli ve film çekiminde en az dirençle radyopak verilebilmelidir.

6-Set içindeki tüm parçalar hava almayacak özellikte birbiriyle bağlanabilen kaliteli, sağlam malzemeden üretilmiş olmalıdır. Hava alan sistemler kabul edilmeyecektir.

7- Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadı olmalıdır. Miadının bitmesine üç ay kalan ürünleri en az bir yıl miadlı yeni ürünlerle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

8- Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

9-Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede iki kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ya da faks ile bildirilmesi ile firma malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası aynı şekilde iki kardiyolog tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez.

Uzm. Dr. Fazıl ARISOY  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Sic. No 168095

Uzm. Dr. Servet BATI  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No 135470