



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

16.11/2021 08:43 - E-52446582 - 949 - 487



00152361333

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ (GREFT)

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (19/11/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İRFAN KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	PTFE İNCE DUVARLI RİNGLE DAMAR GREFT	3	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ba5c49ce-9bab-4cce-8bc0-e5389b37d84f Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



PTFE DAMAR GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ePTFE (EXPANDED POLYTETRAFLUROETHYLENE)'DEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
2. TIKANMA RİSKİNİ MİNİMUMA İNDİRMEK İÇİN ÜRETİM AŞAMASINDA GREFT BÜNYESİNE KARBON VEYA HEPARİN ZERK EDİLMİŞ (EMDİRİLMİŞ) OLMALI VE GREFT İÇ YÜZEYİNİ TAMAMEN KAPLAMIS OLMALIDIR.
3. GREFTİN DUVAR KALINLIĞI İNCE (THINWALL) DUVARLI OLMALIDIR.
4. GREFTİN TAMAMI RİNGLİ OLMALIDIR. RİNGLER SİRİRAL BİR YAPIDA OLMALI VE GEREKTİĞİNDE ÇIKARABİLMELİDİR. RİNGLER ÇIKARILIRKEN GREFTE ZARAR VERMEMELİDİR.
5. GREFT ÜSTÜNDE ÖLÇÜ ALMA KOLAYLIĞI VE DOĞRU HAT ÜZERİNDE YERLEŞİM SAĞLAMAK AMACIYLA PROKSİMALDEN DİSTALE KADAR KESİNTİSİZ BİR ÇİZGİ OLMALIDIR.
6. GREFT DİLATASYONA UĞRAMAMALI VE SAĞLAM YAPIDA OLMALIDIR.
7. GREFT MAKSİMUM DÜZEYDE İNERT VE BİOCOMPATİBLE OLMALIDIR.
8. GREFT ÇAPLARI 6-7-8 MM VE GREFT BOYLARI EN AZ 50 CM OLMALIDIR.
9. YÜKLENİCİLER, ŞARTNAME DOKÜMANINDA YER ALAN 'GENEL HÜKÜMLER' BAŞLIKLİ İÇERİKTE YER ALAN MADDELERE İLGİLİ ÜRÜNLERİN TESLİMİ, MUAYENE KABULÜ VE İLGİLİ ÜRÜNLER KURUM STOĞUNDA BİTENE KADAR GEÇEN SÜRE BOYUNCA UYMAIYI TAAHHÜT EDERLER.

Op. Dr. Gültekin COŞKUN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No 129525

Op. Dr. Altay Mihai ACAR
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No : 163741/139157