



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

16/11/2021 11:31 - E-52446582 - 949 - 490



00152383285

Sayı : 35277066-949

Konu : ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktar belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**19 Ar / 2021**) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU KİMYASAL İNDİKATÖRÜ	10.000	ADET		
				TOPLAM(KDV HARIÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Belge Doğrulama Kodu: 212ca6cd-1617-46a4-be36-ab212ee6a415

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU İNDİKATÖRÜ KİMYASAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İndikatörler gaz konsantrasyonu,zaman,sıcaklık ve rölatif nem parametrelerine duyarlı olmalıdır.
- 2.İndikarörlerde kullanılan film,sterilizasyon süresince çekme,buruşma,yapışma vb. defektlere izin vermemelidir.
- 3.İşlem sonrasında final rengi en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
- 4.İndikatörler striplerinin üzerinde hangi standartlarda ve bu standartlara göre hangi sınıfta olduğu basılmış olmalı.Ürün lot numarası her indikatör sribinin üzerinde yer almalıdır.
- 5.Kimyasal madde non-toksik olmalı,steril olan malzemeye transfer olmamalıdır.
- 6.Normal oda koşullarında saklanabilmelidir.
- 7.Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 8.İhale öncesi numune teslim edilecek,numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Özgül Yılmaz


Nilüfer TOKUŞOĞLU
Sterilizasyon Birim
Sorumlusu
