



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
29.11.2021 16:14 - E-52446582 - 949 - 310
00153301879

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02/12/2021** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120 (Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.
İRFAN KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	DOKU TRANSGLUTAMINAZ ELİSA KİTİ	480	TEST		
2	MÜLLER HİNTON AGAR (TOZ BESİYER)	3	KUTU		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 791fac6a-a37a-45e9-bf3b-d325e586822c

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>





TC Sağlık Bakanlığı


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

TOZ BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Besiyerleri dehidrate ve sulandırılmaya hazır orijinal 500 gr lık ambalajlar içinde olmalıdır.
- Son kullanım tarihleri laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- Teslim edilen besiyerlerinin kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
- Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalıdır.
- Vasat içeriği bu konuda tanımlanmış bilimsel standartlara uygun olmalıdır.
- Etiket üzerinde vasatın saklama koşulları ve hazırlanma şekli belirtilmiş olmalıdır. Toz besi yerleri distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık oluşmamalıdır.
- Besiyeri yapımında gerekli olan ek maddeler (suplementler) ilgili firma tarafından ücretsiz verilmelidir.
- Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır.
- Gerekli olan toz besiyerleri ve miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

KULLANAN BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	MİKTARI
MİK. LABORATUARI	DNAz Agar	500 gr'lık kutu	1 kutu
MİK. LABORATUARI	Chrome Agar	500 gr'lık kutu	1 kutu
MİK. LABORATUARI	Hektoen Agar	500 gr'lık kutu	1 kutu


Uzm. Dr. A. Y. SÖNMEZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 103333


Uzm. Dr. Akın AKGÜL
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No: 127855

DOKU TRANSGLUTAMINAZ IgA ELİSA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Test insan serumunda microElisa tekniğiyle Anti-transglutaminaz IgA antikorlarını kantitatif olarak tespit etmeye uygun olmalıdır.
- 2- Kit içinde 96 kuyucuk bulunmalı ve kuyucuklar tek tek kırılıp ayrılabilirdir.
- 3- Kit en az 3 adet kalibratör içermeli ve bunları kullanarak standart eğri oluşturabilmeli
- 4- Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat,kalibratörler vs.) kitin içinde bulunmalı ve pozitif, negatif kontrolleri içermelidir.
- 5- Testin toplam inkübasyon süresi 75 dakikayı geçmemelidir.
- 6- Kitin T.C. Sağlık bakanlığı UBB kaydı olmalıdır.
- 7- Miyadi dolana dek, kaç kez kullanılırsa kullanılsın, kalibratörlerin ve kontrollerin değerleri güvenlik sınır aralığında bulunmalıdır. Aksi halde kit yenisi ile değiştirilmelidir.
- 8- Test 405-620 nm dalga boyunda okunabilmelidir.
- 9- Kit ile birlikte ELISA mikroplak yıkayıcı ve 405-620 nm dalga boyunda okuma özelliğine sahip 620 nm referans filtreli mikroplak ELISA okuyucu (Reader) ve gerekli bilgisayar donanımları firma tarafından bedelsiz sağlanmalıdır.
- 10- ELISA mikroplak yıkayıcı ve okuyucu çalışır hale getirildikten sonra firma tarafından kullanıcılara gerekli eğitim verilmelidir.
- 11- Mikroplak okuyucu ve yıkayıcı cihazlarla ilgili bakım işlemleri hangi zamanlarda ne yapılacağını, nelerin değişeceğini gösteren ayrıntılı bir periyodik bakım cetveli düzenlenerek laboratuara teslim edilmelidir.
- 12- Kitle beraber gerekli otomatik pipetler ve pipet uçları firma tarafından sağlanacaktır.
- 13- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 14- Miadı yaklaşan ürünler son kullanma tarihinden 2 ay önce firma tarafından yeni miatlı ürünle değiştirilmelidir.
- 15- Test kitleri laboratuvarın istemi doğrultusunda peyderpey veya tek seferde teslim edilecektir.

Malzeme Adı	İstenilen Miktar	Birim
Doku Transglutaminaz IgA	5 paket kit	1 pakette 96 adet kuyucuk içeren kit

Uzm. Dr. Akın ARGÜL
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dp. Teş. No. 127855

Uzm. Dr. Akın ARGÜL
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dp. Teş. No. 127855