



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
09/12/2021 09:44 - E-52446582 - 949 - 988



Sayı : 35277066-949

Konu : BİPOLAR VE MONOPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (13/12./2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 13.12(Yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	BİPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU	3	ADET		
2	MONOPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU	3	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

İletişim: Emin TIRYAKI

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0e1af5fa-f11a-4c19-82be-a5636ed051cf

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



MONOPOLAR

MONOPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(3 adet)

Monopolar Yüksek Frekans Kablosu

Klinikte kullanılan yüksek frekans ünitesi ile kullanıma uygun olmalıdır.

Klinikte kullanılan monopolar rezektoskop seti ile uyumlu olmalıdır.

400 cm uzunluğunda olmalıdır.

Hastanede daha önce kullanılıyor olmalı veya teklif veren firmalar amaliyatta denenmek üzere numune vermelidir

Teklif veren firmalar teklif ettiği ürünün resmi bayisi olmalı ve bunu ÜTS sisteminde göstermelidir

Op. Dr. Eyüp KOLUŞ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159341/23389

Op. Dr. Hasan ASLAN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 126429

Op. Dr. Erbay T.
Kilis Devlet Hast.
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 162755

BİPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(3 adet)

Bipolar Yüksek Frekans Kablosu

Klinikte kullanılan yüksek frekans ünitesi ile kullanıma uygun olmalıdır.


Klinikte kullanılan bipolar rezektoskop seti ile uyumlu olmalıdır.


400 cm uzunluğunda olmalıdır.

Hastanede daha önce kullanılıyor olmalı veya teklif veren firmalar amaliyatta denenmek üzere numune vermelidir

Teklif veren firmalar teklif ettiği ürünün resmi bayisi olmalı ve bunu ÜTS sisteminde göstermelidir


Op. Dr. Ayup KOLUŞ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 5634 / 23359


Op. Dr. Hasan ASLAN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 26629


Op. Dr. Erbay TÜMER
Kilis Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 162755