



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

09/12/2021 08:37 - E-32446582 - 949 - 536



00154077849

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM SPİROMETRE AKIŞ-FLOWMETRE SENSÖRÜ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç

(13/12/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120 (Yüzirmisi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.
İRFAN KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SPİROMETRE AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Emniyet Triyolu ile iletişime geçiniz.

05300792416.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 793e5c7c-dc68-4f1b-ac23-318713633fd4

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



SPIROMETRE AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ


A) KONU: Kilis Devlet Hastanesi Solunum Testi /Alerji bölümünde kullanılan Zan 100 marka model 1008624955 künye numaralı SFT cihazı için satın alınacak olan bir adet Akış-Flow sensörü teknik şartnamesidir.

B) TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Alınacak olan Flow Sensör Zan 100 marka model SFT cihazına tam uyumlu olmalıdır.
2. Flow Sensör orjinal olmalı ve orjinal paketinde teslim edilmelidir.
3. Flow Sensör, pnömatik tip ve Variable Orifice flow sensör olmalıdır.
4. Flow Sensör numunesine göre denenerek karar verilecektir.
5. Satın alınacak flow sensör en az 6 ay garantili olmalıdır.


Emin TIRIYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendis


Hamide Bolatlıoğlu
SFT Hevesmesi


Ahmet Akay