



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
09/12/2021 16:00 - E-52446582 - 049 - 1001



Sayı : 35277066-949

Konu : YARI ANTİBİYOTİKLI DÜZ TABANLI ŞANT ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (16.12.2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YARI ANTİBİYOTİKLI DÜZ TABANLI ŞANT	6	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: afcf7333-45cf-43e6-883c-984badbf2977

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



**Yarı Antibiyotikli Flat-Bottom (Düz Tabanlı) Regular (Yetişkin)
Ventriküloperitoneal Şant Seti Teknik Özellikleri**

1. Şant takımı; valf, ventriküler kateter, ve peritoneal kateter içermelidir.
2. Defit Regular Silikon şantlar yetişkin hastaların hidrosefali tedavisinde, beyin omurilik sıvısının kontrollü olarak drene edilmesi gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.
3. Sistem içerisinde valf ve kateterler birbirinden ayrı ve birleştirilmemiş olmalıdır.
4. Valf profilli 5.7 mm genişliğinde, konektörler dâhil maksimum 43 mm uzunluğunda ve düz tabanlı olmalıdır.
5. Şantlar MRI ve CT uyumlu olmalıdır.
6. Valf, latex içermemelidir ve metal olmamalıdır.
7. Valf, perkütan parmak basıncı ile distal veya proximal yönde sıvı geçirebilir özellikte olmalıdır.
8. Şantların basınç seviyelerine göre düşük, orta ve yüksek seçenekleri olmalıdır.
9. Şantların basınç seviyeleri aşağıdaki aralıklarda olmalıdır;
 - i. Yüksek Basınç 110-180 mm H2O
 - ii. Orta Basınç 50-110 mm H2O
 - iii. Düşük Basınç 10-50 mm H2O
10. Valf BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için rezervuarlı yapıda olmalı, rezervuar ayrı olmamalı ve valf gövdesi üzerinde olmalıdır.
11. Valfler polipropilen iskelet ve silikon gövdeli tasarıma sahip olup, üzerinde basınç seviyesi ve akım yönü radyopak marker ile belirtilmiş olmalıdır.
12. Elastomerik gövde yapısı, 25G iğne ile enjeksiyon yapılabilmesine ve BOS numunesi alınmasına olanak sağlamalıdır.
13. Valfin güçlendirilmiş polipropilen tabanı, rezervuara enjeksiyon yapıldığında iğnenin delip geçme riskini en aza indirmelidir.
14. Kateterler antibiyotik empregne edilmiş ve turuncu renk kodu ile belirtilmiş olmalıdır.
15. Antibiyotikli gövdenin hem yüzeyine ve hem de iç matriksine, 2 farklı antibiyotik; Klindamisin (.15%) ve Rifampicin (.054%) empregne edilmiş olmalıdır.
16. Kateterde yer alan antibiyotikler, 28 gün boyunca düzenli salınım sağlamalıdır.
17. Kateterler Baryumlu Silikondan imal edilmiş olmalıdır.
18. Kateter bükülme ve kompresyona karşı direnç sağlamak üzere dayanıklı yapıdadır.

Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Kemal ALP VAFŞER
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 176828

Op. Dr. Ali Sinan TAŞDOĞAN
Kilis Devlet Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 114922

19. Kateterde distal uçta 4 sıra boyunca 6'şar drenaj deliği olmak üzere, toplam 24 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
20. Kateterin iç ve dış yüzeyleri hidrofilik karakteristik sayesinde kolonizasyonu ve tıkanmayı en aza indirmelidir.
21. Kateterlerin sağlam bağlanabilmesinin sağlanması için valfin giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalıdır.
22. Antibiyotikli ventriküler kateteri, yerleştirmeye yardımcı olacak stilet üzerinde yer almalıdır.
23. Antibiyotikli ventriküler kateterin kıvrılmaya ve tıkanmaya yol açmadan bükülmesini sağlayan 90 derece sağ açılı konnektörü bulunmalıdır.
24. Antibiyotikli Ventriküler kateterin uzunluğu 23 cm, iç çapı 1,3 mm, dış çapı 2,5 mm olmalıdır.
25. Antibiyotikli Ventrikül kateterin üzerindeki tantalyum işaretlemeler kateter boyunca mesafelendirme için 5.-10.-15. cm uzunluklarını belirten çizgiler yer almaktadır ve bu çizgiler MR'da görüntülenebilmelidir.
26. Antibiyotikli Peritoneal kateterin uzunluğu 120 cm, iç çapı 1,1 mm, dış çapı 2,5 mm olmalıdır.
27. Ürün etilenoksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.
28. Kutunun üzerinde CE belgesi, sterilizasyon metodu ve son kullanım tarihleri yer almalıdır.
29. Set üretiminden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.

Op.Dr. Ali Sinan TAŞDOĞAN
Kilis Devlet Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Dip.Tesc.No: 114922

Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Kemal Akper AFŞER
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tesc. No: 176828