



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
23/12/2021 14:47 - E-32446582 - 649 - 571



Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF ALIMI (KOTER KALEMİ,KOTER PLAĞI)

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 28/12/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 1.20(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kismi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

ABDULLAH YEDİLİOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KOTER PLAĞI ÇİFTLİ	1.000	ADET		
2	KOTER KALEMİ,TEK KULLANIMLIK-EL KUMANDALI	1.000	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Belge Doğrulama Kodu: b95ae5bc-cca5-4c59-9b89-06a1fa177e77

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



KOTER PLAĐI (ÇİFTLİ, MARTİN MARKAYA UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme, MARTİN marka Elektrokoter cihazlarıyla tam uyumlu ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Plaklar iletken tabakadan gelen ısı artışını iyi dağıtmalı, hastada yanıklara neden olmamalıdır,
3. Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdır.
4. Plaklar, 12 cm x 20 cm (± 2 cm) ölçülerinde tüm plak yüzeyi cilde yapışmalı, kullanılan yapıştırıcı da iletken olmalıdır.
5. Plaklar sıvıya maruz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistans özelliđi olmalıdır.
6. Plak yapıştırıldıđı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.
7. Plak ambalajları plakların yapışma ve esneklik özelliklerini dış etkenlerden koruyacak özellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Depo teslimi sırasında 2 yıl veya daha fazla raf ömrü olmalıdır.
9. Verilen her 80 adet koter plađının yanında bir adet Martin Koter'e uygun ara kablosu verilecektir.
10. TITUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlıđından onaylı olmalıdır.
11. İhale öncesi numune teslim edilecektir.
12. Ürünler numune üzerinde deđerlendirilecektir.


T.C. SAĐLIK BAKANLIĐI
Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Burak GÜNEY
Cerrahi Uzmanı
Uzmanlık No : 136381

(68) (69)

KOTER PLAĐI (ÇİFTLİ, ERBE MARKAYA UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme, ERBE marka Elektrokoter cihazlarıyla tam uyumlu ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 2- Plaklar iletken tabakadan gelen ısı artışını iyi dağıtmalı, hastada yanıklara neden olmamalıdır,
- 3- Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yanmalarda ve cihazla uyumsuzluklardan dolayı oluşabilecek her türlü sorumluluđu kabul etmiş sayılır.
- 4- Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdır.
- 5- Plaklar, 12 cm x 20 cm (\pm 2 cm) ölçülerinde tüm plak yüzeyi cilde yapışmalı, kullanılan yapıştırıcı da iletken olmalıdır.
- 6- Plaklar sıvıya maruz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistans özelliđi olmalıdır.
- 7- Plak yapıştırıldığı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.
- 8- Plak ambalajları plakların yapışma ve esneklik özelliklerini dış etkenlerden koruyacak özellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 9- Depo teslimi sırasında 2 yıl veya daha fazla raf ömrü olmalıdır.
- 10- Verilen her 80 adet koter plađının yanında bir adet Erbe Koter'e uygun ara kablosu verilecektir.
- 11- TITUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlıđından onaylı olmalıdır.
- 12- İhale öncesi numune teslim edilecektir.