

UZUN KONÇLU STERİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Eldivenler Lateksten üretilmiş ve pudrasız olmalıdır.
- 2.Eldivenler cerrahi amaçla kullanılmaya uygun anatomik yapıda olmalıdır.
- 3.Eldivenler avuç içi ve parmak bölgelerinde maximum hassasiyet sağlamalı,elle halas ve kavite kontrolü yapmaya uygun olmalıdır.
- 4.Eldivenlerin dokusu düzgün olmalıdır.
- 5.Eldivenler yırtılmaya ve delinmeye dirençli olmalıdır.
- 6.Ambalajı sıvı geçirmez olmalıdır.
- 7.Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli,üretim tarihi ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- 8.Malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilitesinin devamlılığını sağlayacak özellikte olmalıdır.
- 9.Ürün ambalajı çift paket sisteminde olmalıdır.İç paket sağ ve sol işaretli olmalı ve eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
- 10.Eldivenler 1 adet=1 çift olarak teklif edilmelidir.
- 11.Eldivenler dirsek üzerine çıkacak kadar uzun konçlu olmalıdır. En az 45cm olmalıdır.
- 12.Eldivenlerin boyutu 7,5 numara olmalıdır.

Kamil ÖZDEMİR
Mare Hastanesi
Hastane Müdürü

Fatma YEDİNGİ
Mare Hastanesi
Başhemşire

Doğum Lene Sarımbay
Elif Boyraz

(6225) UTERUS İCİNE YERLESTİRİLEN KANAMA DURDURUCU BALON KATETER

Açıklama : UTERUS İCİNE YERLESTİRİLEN KANAMA DURDURUCU BALON KATETER

1. Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Uterin boşluğu içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Normal ya da sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
4. Balon %100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.
5. Ürün bir pakette set halinde olmalı ve 1 adet 60 cc'lik şeffaf şırıngası set içinde hazır bulunmalıdır.
6. Ürün ile birlikte hızlı bir şekilde balonun şişirilmesini sağlayan dual check valf ve 180 cm uzunluğunda tubing line ile birlikte serum torbasını delmek için bir aparat da birlikte paketlenmiş olmalıdır.
7. Kanamanın durdurulmasını gözlemek için, şişirildikten sonra balonun distal ucunda açıkta kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. Balon 500 ml. şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı 2 cm.'den daha az olmayacak şekilde dışarıda kalabilme ve kanama takibi yapılabilmesini sağlayabilir özellikte olmalıdır.
8. Balonun maksimum şişirme hacmi 500 ml. olmalı ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır.
9. Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24 fr çapında 54-58 uzunluğunda olmalıdır.
10. Ürünün literatürü, bilimsel yayınları ve animasyon video kaydı teklif ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Peel-open paketlenme ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
13. Orjinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
14. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Kamil ÖZDEMİR
Mare Hastanesi
Hastane Müdürü

Doğumhane Sorumlusu
Elif Soyman