



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
07/01/2022 15:36 - E-32446582 - 949 - 5
00156318211

Sayı : 35277066-949
Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (12.01/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.
HAVVA YÜKSEK
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANJİO-ANJİYOĞRAFİ KATETERİ,VERTEBRAL YUMUŞAK UÇLU, HİDROFİLİK 5FX100CM	5	ADET		
2	ANJİO-ANJİYOĞRAFİ KATETERİ HİDROFİLİK 5FX100CM 0,046 İNÇ	5	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffd3b902-e831-4c4a-9eb1-6057c58355a7 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



HİDROLFİLİK KAPLI ANGIOGRAFİ KATETERİ ŞARTNAMESİ SUT:GR1004

1. Kateter vasküler yapıların görüntülenmesi için üretilmiş olmalıdır.
2. Kateter 0,035-0,038 inç klavuz tel ile uyumlu çalışmalıdır.
3. Kateterler hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalı uç yapısı yumuşak olmalıdır.
4. Kateterler 1000psi basınca dayanıklı olmalıdır.
5. Kateter kırılmaya dayanıklı ve floroskopi altında görüntülemeye uygun olmalıdır.
6. Her kutuda 5 adet ürün bulunmalıdır.
7. Kateterler disposable olarak ve kullanıma hazır steril ambalajlarında sunulmalıdır.
8. Kateterlerin 4-5-6 ve 7F çap ve 60-65-80-90 ve 100 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
9. Kateterlerin RH,RS,YAS,RLG,COBRA1,COBRA2,COBRA3,MIKAELSSON,SHEPHERD HOOK,MP A1,MP B1, SIM1-2-3-4,PULMONER,DÜZ,REUTER,Single Curve, RUC,HH1-3-5-6 ,NEWTON1-2-3-4-5,BENTSON2-3,MANI,RDC,VERTEBRAL gibi farklı uç seçenekleri olmalıdır.
10. Ürünün sterilizasyon yöntemi, CE işareti kutu ve ürün üzerinde gösterilmelidir.
11. Ürünün miadı en az 2(iki) yıl olmalıdır.

Kilis Devlet Hastanesi
Opr. Dr. Kemal İbrahim AFŞER
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Teac. No: 176828

Op. Dr. Ali Nihal ACAR
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Teac. No: 163741/138157