



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
10/01/2022 09:06 - E-32446582 - 949 - 10



00156317368

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ANJİO-DİAGNOSTİK KATATER SAĞ-SOL 6 F ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (12/01/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir, KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANJİO-DİAGNOSTİK KATETER SAĞ-SOL 6F	100	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7c0c6466-1530-4ed0-8882-a7cb606ce4b1

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



2 kdem

KATATER DİAGNOSTİK SAĞ SOL 6F FRENC

1. Erişkin kardiyak tip kateterler sağ ve sol Judkings, sağ ve sol amplatz, multipurpose, sağ ve sol koroner by-pass, internal mammary, Sones ve benzeri tiplerinde, 5-6 F kalınlıklarda ve uç kısımları değişik genişlik (3.5-4.0-4.5-5.0-6.0 cm) ve değişik açılarda şekillendirilmiş olmalıdır.
2. Kateter guide-wire ile damara yerleştirildiğinde uç kısım hafızaları kesinlikle bozulmamalıdır.
3. Kateter iç çapları 5 F için en az 0.045", 6 F için en az 0.056" genişlikte olmalı, boyları 100-125 cm gibi seçenekli olmalıdır ve maksimum basıncı 1200 psi olmalıdır.
4. Uç kısımları travma riskini azaltmak için yumuşatılmış (soft-tip) olup ve poliüretan veya trilon materyelden imal edilmiş, içleri teflonla kaplanmış olmalıdır.
5. Kateterlerin bire bir döndürülebilme, itilebilme ve şeklini koruma özellikleri olmalıdır. Bunun için kateterlerin uç kısımları hariç duvarları çelik telle iyice desteklenmiş ve iç kısmı kaygan materyal ile kaplı olmalıdır.
6. Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun olmalıdır.
7. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmesi gereken kateterlerin tipi, çapı, uzunluğu, ve kılavuz tel çapı .hub üzerinde yazılı bulunmalıdır.
8. Kateter ambalajının içerisinde iken uç kısmı dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. Kateter konfigürasyon ve adetleri hastanemiz ilgili bölümü tarafından belirlenecektir.
11. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik konfigürasyondaki kateterleri istenilen konfigürasyondaki kateterlerle değiştirmeyi taahhüt edecektir.

Uzm. Dr. Mehmet BATTI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 135470

Uzm. Dr. Fazıl ARISOY
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Sic. No: 168095