



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

07/01/2022 15:39 - E-52446582 - 848 - 8



00156317624

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM KOTER PLAĞI ÇİFTLİ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (12/01/2022) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (Yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KOTER PLAĞI ÇİFTLİ	800	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 78ada39b-2001-4428-acc-159c06774141

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



68 69

### KOTER PLAĞI (ÇİFTLİ, ERBE MARKAYA UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme, ERBE marka Elektrokoter cihazlarıyla tam uyumlu ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 2- Plaklar iletken tabakadan gelen ısı artışını iyi dağıtmalı, hastada yanıklara neden olmamalıdır.
- 3- Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yanmalarda ve cihazla uyumsuzluklardan dolayı oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
- 4- Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdır.
- 5- Plaklar, 12 cm x 20 cm ( $\pm 2$  cm) ölçülerinde tüm plak yüzeyi cilde yapışmalı, kullanılan yapıştırıcı da iletken olmalıdır.
- 6- Plaklar sıvıya maruz kaldığında kolay çıkamamalı, sıvı rezistans özelliği olmalıdır.
- 7- Plak yapıştırıldığı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.
- 8- Plak ambalajları plakların yapışma ve esneklik özelliklerini dış etkenlerden koruyacak özellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 9- Depo teslimi sırasında 2 yıl veya daha fazla raf ömrü olmalıdır.
- 10- Verilen her 80 adet koter plağının yanında bir adet Erbe Koter'e uygun ara kablosu verilecektir.
- 11- TITUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
- 12- İhale öncesi numune teslim edilecektir.

### KOTER PLAĞI (ÇİFTLİ, MARTİN MARKAYA UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme, MARTİN marka Elektrokoter cihazlarıyla tam uyumlu ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Plaklar iletken tabakadan gelen ısı artışını iyi dağıtmalı, hastada yanıklara neden olmamalıdır.
3. Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdır.
4. Plaklar, 12 cm x 20 cm ( $\pm 2$  cm) ölçülerinde tüm plak yüzeyi cilde yapışmalı, kullanılan yapıştırıcı da iletken olmalıdır.
5. Plaklar sıvıya maruz kaldığında kolay çıkamamalı, sıvı rezistans özelliği olmalıdır.
6. Plak yapıştırıldığı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.
7. Plak ambalajları plakların yapışma ve esneklik özelliklerini dış etkenlerden koruyacak özellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Depo teslimi sırasında 2 yıl veya daha fazla raf ömrü olmalıdır.
9. Verilen her 80 adet koter plağının yanında bir adet Martin Koter'e uygun ara kablosu verilecektir.
10. TITUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
11. İhale öncesi numune teslim edilecektir.
12. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Op.Dr. Bekir ÖZAROĞLU  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. No : 136381

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Barak GÜNEY  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Uzmanlık No : 136381