



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİM
18/01/2022 17:05 - E-52446582 - 949 - 21



00157004095

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 24.01 /2022 günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 1.20(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Havva YÜKSEK

İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ENDO MAKAS 5 MM	10	ADET		
2	ENDO CLINC 5 MM (ENDOSKOPIK DIŞLI TUTUCU)	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARIÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



10 Adet

ENDO MAKAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril Orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Endoskopik makas 5 mm çapında olmalıdır.
5. Endoskopik makasın shaft uzunluğu en az 31 cm olmalıdır.
6. Makas boyu en az 16mm makas açıklığı 8mm olmalıdır.
7. Endoskopik makas 360 derece rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Shaft rotasyon mekanizması tek elle kullanılabilir olmalıdır.
9. Makasın çeneleri dipten uca kadar keskin olmalıdır.
10. Endoskopik makas monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Endoskopik makasın uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt olmalıdır.
12. Shaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için siyah renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
13. Shaft, çeneden tutaca kadar izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
15. UBB kaydı olmalıdır. İhale öncesi numune, numune teslim odasına teslim edilecektir, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Burak GÜNEY
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzmanlık No : 136381

Op. Dr. İsmail ÖZMEN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzm. T.C. No : 124603

10 Adet

84

ENDO CLINC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Steril orijinal paketinde olmalı
4. Endoskopik dişli tutucu 5 mm çapında olmalıdır.
5. Endoskopik dişli tutucunun çene uzunluğu en az 19 mm, çene açıklığı en fazla 32 mm olmalıdır.
6. Endoskopik dişli tutucunun shaft uzunluğu en az 31 cm olmalıdır
7. Endoskopik dişli tutucu 360 derece rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Endoskopik dişli tutucunun uç kısmı rahat kullanım açısından künt, çene iç yüzeyi atravmatik künt dişli yapıda olmalıdır.
9. Endoskopik dişli tutucunun tutacında bulunan çift tetik sayesinde ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Çenenin kilitli mekanizması elin takılması ile kolayca açılmaya neden olmalıdır.
11. El tutacak kısmı ergonomik olmalı bilekleri yoracak açılar ve keskin kenarları olamamalıdır.
12. Endoskopik dişli tutucunun çenesinin dokuyu tutuş gücünü arttırması ve istenilen kademede tutuşun sabitlenebilmesi için raket mekanizması olmalıdır.
13. Shaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için siyah renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
15. UBB kaydı olmalıdır.
16. İhale öncesi numune teslim edilecek, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi
Op. Dr. Burak GÜNEY
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzmanlık No : 136381

Op. Dr. İsmail ÖZMEN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Genel Cerrahi Uzmanı
Uzmanlık No : 124833