



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
24.01.2022 14:45 - E-52446582 - 949 - 43



Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ÜRETERAL STENT ,DOUBLE J KATATER ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (26.01/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 1.20(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

HAVVA YÜKSEK
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ÜRETERAL STENT, DOUBLE J, BİR UCU AÇIK, 4,7F, 26CM	50	ADET		
UBB Belirtiniz.				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4b43706b-0f17-42f1-b198-cff5108b472d

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



DOUBLE J KATETER 4.7 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent vücut içinde kullanılabilen malzemeden imal edilmiş olmalı, uygun idrar drenajı sağlayabilmelidir.
2. Pigtail uçlarda ve gövde boyunca en iyi şekilde drenajı sağlayacak sayıda ve büyüklükte delikler olmalıdır.
3. Stentler ihalede istenen uzunluklarda olmalıdır.
4. 4.7 fr 28 cm kitler bir ucu açık stent, uç kısmında radyopak işareti olan açık uçlu en az 80 cm stent yerleştirici vede .035 düz uçlu 150 cm PTFE stiff shaft guidewire içermelidir.
5. Stentin uçları atravmatik olmalı, işlem sırasında ve sonrasında iritasyona sebep olmamalıdır.
6. Stent radyopak olmalı ve fluoroskopi altında rahatlıkla görülebilmelidir.
7. Stent üzerinde derinlik belirteçleri (marker) olmalı ve katater ölçüsü belirtilmiş olmalıdır.
8. Her set; 1 adet stent (distal ucunda kolay çekilmesi için iplik bulunan), kılavuz tel, klemp ve yerleştirme sırasında kullanılmak üzere stent itici (pusher) içermelidir, stent iticinin (pusher) distal ucunda radyopak belirleyici bulunmalıdır.
9. Malzemeler steril ve orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
10. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. UBB kaydı olmalıdır.
12. İhale öncesi numune teslim edilecektir.

Op. Dr. Eyüp KOLUŞ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 15/341/23359

İ. Halil YILMAZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Sağlık Memuru