



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

24/01/2022 14:41 - E-32446582 - 949 - 41



00157258268

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM PERFÜZÖR CİHAZI ENJEKTÖR SETİ ALIMI

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (27.01/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 1.20(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	PERFÜZÖR CİHAZI ENJEKTÖR SETİ	3.000	ADET		
VBB Belirtiniz.				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2343350b-03fb-4da0-86b9-a23883d87167

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



93

## PERFÜZÖR CİHAZI ENJEKTÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uzatma setinin yaklaşık prime hacmi 2.5 ml'den çok olmamalıdır.
2. Distal uç, kateter ve IV iğnelere güvenli bir şekilde bağlantıya izin verecek şekilde luer tipi kilitli olmalıdır.
3. Uzatma seti, non projenik, tek parça olmalı, büküldüğünde eski halini almalıdır.
4. Toplam set uzunluğu 150cm'den kısa olmamalı ve tüp PVC materyalinden üretilmiş olmalıdır.
5. Set latex içermemelidir.
6. Set steril edilmiş olmalıdır.
7. Perfüzör enjektörü 50-60 ml'lik olmalıdır.
8. Perfüzör enjektörü ve iğne birleşimi luer lock bağlantılı olmalıdır.
9. Perfüzör enjektörü, rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı işaretli olmalıdır.
10. Perfüzör enjektörü, transparan olmalıdır, akış rahatlıkla izlenebilmelidir.
11. Piston lastiği sertleşmemeli ve kayganlığını korumalıdır. Tekrarlanan ilaç perfüzyonları kullanımı için yumuşak ve kaygan olmalıdır.
12. UBB kaydı olmalıdır.
13. İhale öncesi numune teslim edilecektir.
14. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Mustafa Özdemir  
Hekim  
[Signature]

Mehmet Ali Ulu  
Tıbbi Sekreter  
[Signature]