

Madalyon Toprak Elektrod Teknik Şartnamesi

- 1) Elektrod madalyon şeklinde olmalıdır.
- 2) Çapı en az 30mm olmalıdır.
- 3) Kablo uzunluğu en az 1.5 m olmalıdır.
- 4) Tamamen çelikten üretilmiş olmalı paslanma yapmamalıdır
- 5) Elektrod kabloları uzun süreli kullanımlara; eğilme, bükülme ve kıvrımlara dayanıklı olmalı kısa sürede deforme olmamalıdır
- 6) Nihon Kohden Markalı EMG cihazına uyumlu olmalıdır
- 7) Numune verilecek ve cihaz üzerinde denenecektir, yapılan değerlendirme sonucunda ürün kabulü yapılacaktır.

GAMZE BARAN AKTAŞ

HEMŞİRE



ALİ CAN YALÇIN

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ



EEG PASTASI ŞARTNAMESİ

1. EEG pastası elektrodlar ile cilt arasındaki iletimi saęlayacak ve artefakt oluřturmayacak řekilde olmalıdır.
2. EEG pastası yksek oda sıcaklıęında ve ateři olan hastalarda en iyi řekilde yapıřma zellięi olacaktır.
3. EEG pastası terleme ile oluřan cilt yzeyinden ayrılmasını engelleyecek zellikte olacaktır.
4. EEG pastası aıldıktan kısa sre sonra kurumamalıdır.
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pastaların suda kolay bir řekilde temizlenmesi gerekecektir. Bu maksatla suda kolay znebilecek formda olmalıdır
6. Kokusuz, opak ve allerjik yapmayacak zellikte olacaktır.
7. Pastalar orijinal ambalajında olacak ve bir adedi 228 gram(+/-) 3 (artı,eksi ) olacaktır.

GAMZE BARAN AKTAŐ

HEMŐİRE

ALİ CAN YALIN

ELEKTRONROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
28/01/2022 16:23 - E-52446582 - 949 - 58
00157785229

Sayı : 35277066-949

Konu : EEG ELEKTROD VE EEG PASTASI ALIM

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 03.02.2022 günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 1.20(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel çekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Havva YÜKSEK
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	EEG PASTASI	75	ADET		
2	EMG ELEKTROT TOPRAKLAMA MADALYON	5	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

