



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Müdürlüğümüz Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı Suriye Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bulunan Çoban Bey Hastanesinin ihtiyacı olan 1 Kalem Steril Mikroskop Kılıfı Alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesi (d) bendi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen malzeme/işe ait teklif mektubunuzu en geç **10/02/2022 Perşembe günü saat 14:00** 'a kadar kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesi yâda kilisismsggbsatinalma@gmail.com adresine e-posta gönderilmesini hususunda:

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Teslimat Suriye Görev Gücü Başkanlığı Deposu
4. İşin Süresi: 5 (beş) İş Günüdür
5. Teknik şartname ektedir.
6. Kısmi Teklif Verilebilir.
7. Ödemelerimiz Genel Bütçedendir.


e-İmzalıdır

Selim ÖZKAN
Başkan Yardımcısı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra	İş Adı ve Kısa Açıklaması	Markası	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Tutarı
1	Steril Mikroskop Kılıfı		50	Adet		
GENEL TOPLAM						

08.02.2022
E-50100888-920-115

Barcode No: 0158

Suriye Görev Gücü Başkanlığı
Abdullah Gül Bulv. Çevre Yolu Üzeri, Merkez/Kilis
Tel: 0348 822 11 11 / Dahili: 1859

e-posta: kilisismsggbsatinalma@gmail.com
İrtibat: O.DAL

MİKROSKOP KILIFI (STERİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme tek kullanımlık olmalıdır.
2. Şeffaf, yumuşak, gafrojlü ve medikal PE'den imal edilmiş olmalıdır.
3. Mercek çapı 60 mm olmalıdır.
4. Kılıf ölçüleri battal boy olmalıdır.
5. Kılıfın oküler uçlarında kolayca yırtılabilir perforasyon bulunmalıdır.
6. Mikroskopun düğmeleri steril örtü takıldıktan sonra görülebilmelidir.
7. Oküler başlıkların sabitlenmesi için velkronlar bulunmalıdır.
8. Kılıfın iki noktadan mikroskobu saracak bantları olmalıdır.
9. Mikroskop kılıfı üzerinde yer açıklıklar yardımıyla objektif ve binoküler uçları dışarıda kalabilmelidir
10. Paket içinde kullanım şeklini gösteren montaj şeması bulunmalıdır.
11. Steril örtünün mikroskoba takılmasını takiben mikroskop başlığı tam olarak steril edilmiş olmalıdır.
12. Hastanemiz ameliyathanesinde bulunan HAAG STREIT SURGICAL marka mikroskop ile uyumlu olmalıdır.
13. Tüm malzemeler kontrollü olan diye tabir edilen hava giriş ve çıkışı kontrol altına alınmış olmalıdır.
14. Mercek koruyucusu görüntü netliğini bozmayacak şekilde kolay takılıp çıkartılmaya olanak tanıyan tırnaklara sahip olmalıdır.
15. E.O ile steril edilmiş ve raf ömrü 3 yıl olmalıdır

Ahmet MIZRAK
Ameliyathane Sor.



Seyfettin POLAT
Anestezi Sor.



Aysel UYAR
Sağlık Bakım Hiz. Müd.

