



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
14.02.2022 08:53 - E-52446582 - 949 - 120



Sayı : 35277066-949

Konu : TANSİYON HOLTER CİHAZI VERİ AKTARIM KABLOSU ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **(17.02./2022)** günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TANSİYON HOLTER CİHAZI VERİ AKTARIM KABLOSU	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8f5fc48d-0c26-4ebf-9f94-3090569d4d41

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



**TANSİYON HOLTER CİHAZI VERİ AKTARIM KABLOSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kablo bir ucu bilgisayara takılacak olup USB özellikte diğer ucu holter cihazına uyumlu jak girişi olmalıdır.
2. Kablo takıldığında bilgisayar tarafından cihaz tanınacak ve analiz programına veriler çekilebilmelidir.
3. Ürün cihaza takılıp denenecek ve uygunluğuna karar verilecektir.


Emin TIRYAKI
İLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi


Ahmet Akdoğan



KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK RAPORU



CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZIN ADI	TANSİYON HOLTER CİHAZI	
MARKASI VE MODELİ	SUNTECH	VX3
HİZMETE GİRDİĞİ TARİH	2008	
CİHAZ SERİ NO/KÜNYE NO	1008862598	
CİHAZ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR	-	
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI BİRİM	EFOR BİRİMİ	

ARIZA AÇIKLAMASI

CİHAZDAN GELEN VERİLER PC YE AKTARILAMIYOR

ARIZA BİLDİRİMİ YAPAN

YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA CİHAZIN HASTADAN ALINAN UZUN SÜRELİ KAYITLARI PC YE AKTARIMI İÇİN KULLANILAN VERİ AKTARIM KABLOSUNDA SORUN OLDUĞU VE YENİSİN ALINMASI GEREKTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

GEREKLİ MALZEMELER

- 1- HOLTER CİHAZI VERİ AKTARIM KABLOSU
- 2- X
- 3- X

<input type="checkbox"/>	Arıza Yapıldı		
<input checked="" type="checkbox"/>	Malzeme Talebi	Ahmet AKTAŞ	Emin TIRYAKI
<input checked="" type="checkbox"/>	Atölyede tamiri mümkün değil	Elektrik Tek.	Biyomedikal Mühendisi
<input type="checkbox"/>	Garanti kapsamında		