



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

03/03/2022 13:36 - E-52446582 - 949 - 136



00160206551

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 KALEM HASTABAŞI KABLOSU AKSESUARI ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

07/03/ 2022 ) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2	20	ADET		
2	HASTABAŞI MONİTÖR EKG KABLOSU 3 LEAD	10	ADET		
3	HASTABAŞI MONİTÖR NIBP HORTUMU	10	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

UBB kodu Belirtiniz

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 831f70e0-890d-49c3-9c4c-5cb2f4bb2a36

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

### HASTABAŞI MONİTÖR EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler hastanemizde kullanılan Hwatime marka XM750 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Kablolar 3 veya 5 lead olmalıdır.
3. Hastanın EKG sinde herhangi parazit veya artefakta yol açmamalıdır.
4. Ara kablo; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Kablonun soket ve pinleri monitöre tam uyumlu olmalı herhangi bir ara dönüştürücüye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Ürünün UBB/UTS kaydı olmalıdır. Kayıtlı olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Verilen ürünler cihaz üzerinde denenerek uygunluğuna karar verilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.

### HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler hastanemizde kullanılan Hwatime marka XM750 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Alınacak prob cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.
3. Prob ara kablo; dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Prob ara kablo soket ve pinleri proba tam uyumlu olmalıdır.
5. Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacak olup uygun görülen numuneler üzerinde alım kararı verilecektir.

### HASTABAŞI MONİTÖR TANSİYON-NIBP KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün hastanemizde kullanılan Hwatime marka XM750 model hasta başı monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Tansiyon hortumu-kablosu en az 250 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Tansiyon kablosu-hortumu üzerinde monitör soketine uyumlu jak ile manşona uyumlu soket olmalıdır.
4. Dezenfektan, alkol vs temizleyicilerle temizlenebilir ve yapıldığı malzeme bu temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Kolay katlanabilir yada kırılabilir olmamalıdır.
6. Verilen ürünler cihaz üzerinde denenerek uygunluğuna karar verilecektir. Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir.

Mustafa Özdemir  
Aygün

Hikmet AÇIKOĞLU  
Süleyman

Adem S. ARSLAN  
A