



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

04/03/2022 11:04 - E-52446582 - 949 - 142



00160439023

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 KALEM COVID YOĞUN BAKIM (HASTA BAŞI MONİTÖR) ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09/03/2022**) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2	15	ADET		
2	HASTABAŞI MONİTÖR EKG KABLOSU 3 LEAD	20	ADET		
3	HASTABAŞI MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK	2	ADET		
VBB Belirtilmiş			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d28d1c73-3c76-4939-868c-e3f4f1dfd103

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



SPO2 KABLOSU ~~3~~ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A KONU/ Kilis devlet hastanesi covid yoğun bakımda kullanılmakta olan philips marka MX550 model hasta başı monitör için alınacak olan spo2 ara kablosu teknik şartnamesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Spo2 ara kablosu philips marka MX550 model hasta başı monitörüne uyumlu ve sıfır ambalajında olmalıdır.

Spo2 ara kablosunun CE belgesi olmalıdır.

Alınacak ara kablosu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir

Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir

Ürün en en 6 / altı / ay garantili olmalıdır

Uzm. Dr. Aziz YARBAĞ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 85823

Uz. Dr. Hatice GÜLCOBAN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Göğüs Hast. ve Tüberküloz Uzmanı
Dip. Tes. No: 14507

Selma TEMÜROĞLU
Palyatif Bakım
Sorumlu Hemşire

TC
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

HASTABAŞI MONİTOR SATURASYON /SPO2 PROBU/REUSABLE/ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU :Kilis devlet hastanesi covid yogun bakımda kullanılan Nihon kohden marka BMS-4113K model hasta başı monitor için alınacak olan spo2 probu teknik şartnamesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Problar nihon kohden marka BMS-4113K model hasta başı monitorle uyumlu olmalıdır.
2. prob soketi hastabaşı monitor ara kablosuna uyumlu olmalıdır.
3. prob perfüzyonu vucüt ısısı düşük hastalarda doğru ölçüm yapabilmelidir.düşük perfüzyon için farklı prop kullanılması gerekmemelidir.
4. prop üzerinde 4+5 toplam 9 pin olmalıdır
5. spo2 probu yetişkin hastalara uyumlu parmak probu olmalıdır
6. spo2 probunun CE belgesi olmalıdır
7. alınacak prop denendikten sonra kabul edilecektir firmalardan teklif sırasında numune istemi yapılacaktır
8. prob dezenfektan ,alkol vb dezenfektanlarla temizlenebilir olmalı probun içeriği bu malzemelere dayanıklı malzeleden yapılmış olmalıdır
9. teklif edilen probun en az 6 /altı / ay garantisi olmalıdır.

Uzm. Dr. Aziz YARBİL
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No : 854829

Uz. Dr. Hatice ULUÇOBAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Gogus Hast. ve Tulum. Uzmanı
Dip. Tes. No : 14507

Selma TEMÜROĞLU
Palyatif Bakım
Sorumlu Hemşire

EKG ARA KABLOSU 3 LEAD TEKNİK ŞARTNAMESİ

A KONU/ Kilis devlet hastanesi covid yoğun bakımda kullanılmakta olan spacelaps marka 91390 model hasta başı monitöralınacak olan EKG ara kablosu teknik şartnamesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekg ara kablosu spacelaps marka 91390 model hasta başı monitörüne uyumlu ve sıfır ambalajında olmalıdır.

Ekg ara kablosu timsah uçlu ve lead olmalıdır

Ekg ara kablosunun CE belgesi olmalıdır.

Alınacak ara kablosu cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir

Firmalardan teklif sırasında numune istenecektir

Ürün en en 6 / altı /ay garantili olmalıdır

~~Uzm. Dr. Aziz YARBİL~~
KILIS DEVLET HASTANESİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No : 89877

Uz. Dr. Hatice ULUÇOBAN
KILIS DEVLET HASTANESİ
Covid Hast. ve Tüberküloz Uzm.
Dip. Tes. No: 145077

Selma TEMÜROĞLU
Palyatif Bakım
Sorumlu Hemşire