



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

15/03/2022 13:00 - E-52446582 - 949 - 175



00161144771

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM OKSİDE REJENE SELÜLÖZ VE SPONGOSTON STANDART ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

18/03/2022) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	OKSİDE REJENERE SELÜLÖZ 5*7,5 CM	240	ADET		
2	SPONGOSTAN STANDART (EMİLEBİLEN HEMOSTATİK SÜNGER TAMPON)	240	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

UBB kodu belirtiniz:

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b142b827-3d43-4ecc-aa34-40af14265610

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



OKSİDE REJENERE SELÜLÖZ 5X7,5 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucuronicacid) olmalıdır.
2. Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3. Kullanıma hazır tekli steril paketlerde ve emilebilir özellikte olmalıdır.
4. Sterilizasyonu Gama ışını ile yapılmış olmalıdır.
5. Hemostazı sağlayacağı ana kadar mukavemetini korumalı ve 3-4 dakikada hemostazı sağlamalıdır.
6. Ürün 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
7. Ph seviyesi 3-6 arasında olmalıdır.
8. USP standardına uygun olarak okside rejenere selüloz karbon oranı %16-24 arası olmalıdır.
9. Tüm cerrahi branşlarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
10. Kullanımı kolay, yumuşak,örtü tarzında kanama üzerine serilebilmeli.
11. Cerrahi aletlere ve eldivene yapışmamalı
12. Raf ömrü en az (2) Üç yıl olmalıdır.
13. Firmaların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemenin TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir.
14. Hemostat kullanım anına kadar sterilizesini koruyacak şekilde ürün çift kat steril ambalajda sunulmalı. Ürünün adı ve ürün kodu yazılı olmalıdır. imalatçı firmanın Ticari adı ve/veya kısa adı, steril ibaresi ve sterilizasyon metodu seri numarası, üretim ve son kullanma tarihi ölçüleri ve adet miktarı, CE işareti ve kontrol numarası basılı olmalıdır.
15. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

SPONGOSTAN STANDART TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Standart spongostan jelatin süngerden imal edilmiş olmalıdır.
2. Genellikle 4-6 hafta içerisinde tamamen absorbe olmalıdır.
3. Kıvrılabilir, eldivenlere ve cerrahi aletlere yapışmayacak özellikte olmalıdır.
4. Tek tek steril paketlerde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.
5. CE belgesine sahip olmalıdır.
6. İhale öncesi numune teslim edilecektir.

Kilis Devlet Hastanesi
Opri. Dr. Kemal Akar AFSEK
Geyim ve Steril Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tesc. No : 176828

Mehmet Gökçü Mustafa