



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

22.03/2022 14.48 - E-52446582 - 949 - 197



00161700078

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ANJİOGRAFİ ÖRTÜ SETİ ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**24/03/2022**) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANJİO-ANJİYOĞRAFİ ÖRTÜ SETİ	200	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

UBB Kodu Belirtiniz:

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d0bfe4fe-b165-48e2-9b42-c498d3a0d101

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



ANJİOGRAFİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içerisinde bulunması gerekenler;
 - 1 adet hasta örtüsü,
 - 1 adet anjio masasına örtülecek örtü,
 - 3 adet korumalı operasyon gömleği,
 - 1 adet şeffaf olmayan hasta önlüğü,
 - 1 adet alet masası örtüsü,
 - En az 15 adet uygun kalınlıkta spanç,
 - 1 adet pet,
 - 1 adet boyama süngeri,
 - 1 adet lastikli röntgen tüpü örtüsü,
 - 1 adet 40*40 cm havlu,
 - 1 adet tanga,
 - 1 adet sızdırmaz özellikte tek kullanımlık kum torbası örtüsü,
 - Bir çift tek kullanımlık terlik
 - 2 adet 250-500 cc'lik sert plastikten yapılmış sıvı kabı,
 - 1 adet 2000 cc tepsiden oluşmalıdır.
2. Operasyon önlükleri tek tek steril olarak ayrıca paketlenmiş olmalı ve setin yanında verilmelidir.
3. Hasta önlüğü, tanga, terlik aynı paket içerisinde setin yanında ayrı verilecektir.
4. Kum torbası kılıfları da setin yanında ayrıca verilecektir.
5. Tüm malzemeler steril bir şekilde paketlenmiş olmalıdır.
6. Hasta örtüsü 180-200 cm eninde ve 280-300 cm boyunda olacaktır. Kasık hizasında eninin ortasında her iki kasık üzeri denk gelecek şekilde 13-15 cm çapında, delikli kısımlarında yapışkan film veya kendi kumaşından olan 2 adet delik bulunacaktır.
7. Örtünün hasta üzerine serilişini gösteren yön etiketleri ve cerrahi filmlerin açılma yönlerini gösterecek yön etiketle bulunmalıdır.
8. Hasta örtüsünün üst yüzünün tamamı emici, medikal nonwoven, alt yüzü polietilen ile desteklenmiş olmalıdır.
9. Hasta örtüsü ipliklenme yapmamalıdır.
10. İşlem sırasında oluşacak kan, serum vs sıvılar örtü tarafından absorbe edilmeli ve kesinlikle alta geçirmeme özelliği sahip olmalıdır.
11. Alet masası örtüsü 150-160 cm ve 180-200 cm ebatlarında olmalıdır. Steril edilmiş ve en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
12. İhale öncesi numune teslim edilecektir, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Uzm. Dr. Servet BATTI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 135470