



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

24/03/2022 11:33 - E-52446582 - 949 - 202



00161754181

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM İDRAR TORBASI SAATLİ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (...28.03.2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	İDRAR TORBASI SAATLİ	1.500	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

UzB belirtiniz

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5291b60e-5425-44c5-843c-960859fcd5bc

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## SAATLİK İDRAR TORBASI 500 ML. TEKNİK SARTNAMESİ

1. Zaman ölçekli idrar kabı; rezervuar idrar torbası ve bağlantı hortumu olmak üzere birbirine monte edilmiş üç kısımdan oluşacak şekilde paketten kullanıma hazır olarak çıkmalıdır.
2. Ürün % 100 kapalı sistem olmalıdır. Paketten çıktıktan sonra montaj gerektirmemelidir.
3. Ölçeğin toplam kapasitesi, rezervuar 500-750 ml ve idrar torbasının 2000 ml olacak şekilde toplam 2500-2750 ml olmalıdır.
4. Rezervuarın dizaynı, hassas ölçüm yapmaya olanak verecek şekilde konumlandırılmış ve 1 ml lik aralıklarla bölünmüş toplam 40-100 ml hacminde hazne içermelidir.
5. İdrar torbasında rezervuara, rezervuardan da sandaya idrarın geri dönüşümünü engelleyen bir valf sistemi olmalı ve bu sayede kontaminasyon riski önlenmelidir.
6. Rezervuar idrar torbası üzerinde bakteri girişine izin vermeden sistemden hava giriş çıkışını sağlayacak tek yönlü hidrofobik haav filtresi bulunmalıdır.
7. Bağlantı hortumu anti-kink özelliğine sahip olmalı ve rezervuar birleşim noktasında, hortumun kırılarak akıntının kesilmesini engelleyen bir sipiral bulunmalıdır.
8. Ürünün yerle teması gross kontaminasyon riskinin engellenmesi için, sistemin toplam uzunluğu 28-35 cm uzunluğunda olmalıdır.
9. Hijyenik kullanım için torba alttan boşaltma musluklu olmalıdır.
10. İdrar takibinin sağlıklı bir şekilde olabilmesi için ölçeği yatağın kenarına sağlam bir şekilde tespit edebilecek sisteme sahip olmalıdır.
11. Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait UBB den alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

Selma KURBAN

*I. Hail YILMAZ*  
KILIS DEVLET SAĞLIK MURAKKAZI  
Sağlık Merkezi