



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET  
HASTANESİ  
31/03/2022 10:40 - E-52446582 - 949 - 307



Sayı : 35277066-949

Konu : HEMOLOK CLİPS ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (05/04/2022) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (Yüzvirm) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HEMOLOK CLİPS (ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ-L-XL)	50	ADET		
				TOPLAM(KDV HARIÇ)	
UBB Belirtiniz.					

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ef047345-c5ab-4743-b302-70283106c238 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## HEMOLOK KLİPS (ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ M-L-XL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Operasyon esnasında kanamanın durdurulması için doku yapısının ya damarların işaretlenmesi veya bağlanması için tasarlanmış olmalıdır.
2. Bütün kutular 6'lı clipsler halinde olmalıdır.
3. Antimikrobiyal, toksik olmayan, absorbe edilemez materyallerden oluşmalıdır.
4. İnsan dokusu ile bio uyumlu olmalıdır.
5. Dokunun bağlanma süreci rahat, hızlı ve daha güvenilir olmalıdır.
6. Özel tasarım kilitleme yapısı ile güvenli kapama imkanı sağlamalıdır.
7. Aplikatör tutunma noktası, güvenli ve etkin kapatma imkanı sağlamalıdır.
8. Özel tasarım dişleri sayesinde doku ve damarlarda kayma yapmamalıdır.
9. Esneyebilen destek noktası sayesinde klipsin iki kolu birbiri ile örtüşerek etkin kilitleme yapmalıdır.
10. Uygulandığı damar ve dokularda doku travmasına neden olmamalıdır.
11. Açık ve laparoskopik cerrahide güvenli, kolay ve hızlı kullanım imkanı sağlamalıdır.
12. Esnek köşe yapısı ile düz ve açılı aplikatörleriyle her türlü alanda erişim kolaylığı sağlamalıdır.
13. Klipsin çıkarılma prosedürü kolay olmalıdır.
14. Klipsler tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
15. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

Op.Dr. Erbay Tiner

Mehmet Gazi YILDIZ

On. Dr. Başar UÇAROĞLU  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes No: 165532