



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRDİM  
06.04.2022 09:28 - E-52446582 - 949 - 256



Sayı : 35277066-949

Konu : 3 KALEM HEMODİYALİZ SU ARITMA SİSTEMİ KARTUŞ FİLTRE ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **11 / 04 / 2022** ) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka / Model / UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 1 MİKRON BOYU 20 İNÇ	50	ADET		
2	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 25 MİKRON BOYU 20 İNÇ	50	ADET		
3	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE 5 MİKRON BOYU 20 İNÇ	50	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Marka belirtiniz:

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com




Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: cb5defe9-f0fd-4c84-b208-f336a845334e


Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

## SU ARITMA SİSTEMİ KARTUŞ FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Filtre bakım gerektirmeyen tip olmalıdır.
- 2) İçme suyu ve saf su hatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 3) Polipropilen veya ip sargılı oringli olmalıdır.
- 4) 20" uzunluğunda olmalıdır.
- 5) 1-5-25 mikrona kadar partikül tutma kapasitesine sahip tipleri bulunmalıdır.
- 6) Suda bulunan kum, pas ve diğer ince partikülleri tutmalıdır.
- 7) Çalışma sıcaklığı maksimum 45°C olmalıdır.
- 8) 2m3/saat su geçişi sağlayacak kapasitede olmalıdır.
- 9) Yüklenici firma ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
- 10) Yüklenici firma yedek parça ve yetkili servis belgesi olmalıdır.

  
Emin TIRYAKI  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendis

  
Dr. Abdülkadir İnanç  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Dip. Tes. No. 91-937/66028  
Diyaliz Sertifika no. 708

  
Abdurrahman OKUNAKOL  
Diyaliz Teknisyeni