



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

13/04/2022 10:23 - E-52446582 - 949 - 278



00163334504

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM KALICI DİYALİZ KATATERİ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**15.04**/ 2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KALICI DİYALİZ KATATERİ	30	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YIĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e74c0ad4-1204-4cfb-af38-e4b1f7360a57

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



ERİŞKİN TİPİ KALICI HEMODİYALİZ KATETER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Kateter radyopak olmalıdır.
- 2- Kateter malzemesi bioflex, poliüreten veya carbothan olmalıdır. Kateter vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, biyouyumlu olmalı, güçlü kopma direnci olmalı ve trombitis oluşumuna direnç göstermelidir.
- 3- Kateter tek kullanımlık, steril ve nonpirojenik olmalıdır.
- 4- Kateter hemodiyaliz amaçlı uzun süreli damar yolu sağlamak için internal jugular vene uygulanabilir olmalıdır.
- 5- Kateter 14-15 F arası kalınlıkta ve toplam uzunluğu 23 cm ve 28 cm olmalıdır.
- 6- Kateterde lümeni kapatmak amaçlı turnaklı klempeler bulunmalıdır.
- 7- Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacıyla 1 adet cuff bulunmalıdır.
- 8- Kateter uzatmaları üzerinde priming hacim işaretleri bulunmalıdır.
- 9- Kateter alkol veya iyot tabanlı dezenfektanlar kullanıldığında zedelenmemelidir.
- 10- Kateter set içeriği:
 - 1 adet çift lümenli kateter
 - 1 adet 0,035"x50-70 cm j flex guidewire
 - 1 adet 18 Gaseidinger iğne
 - 2 adet uygun ölçüde dilatatör
 - 1 adet tünel açıcı
 - 1 adet kilitle peclawaysheath-dilatatör seti olmalıdır.
- 11- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihleri belirtilmelidir.
- 12- Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi bulunmalıdır.
- 13- Üretim hatası olup ve son kullanma tarihine 3 ay kalmış kateterler için firma değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 14- Malzemenin kullanılacağı kliniğe 1 adet numune verilip denenecektir, malzemenin uygunluğuna klinik onayı alındıktan sonra karar verilecektir.
- 15- İhale esnasında numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Op. Dr. Altay Nihat ACAR
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tesc. No: 163741/139157

Uzm. Dr. Eray EROĞLU
KİLİS DEVLET HASTANESİ
İç Hast. ve Nefroloji Uzm.
Dip. Tesc. No: 141772