



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

13/04/2022 10:23 - E-52446582 - 949 - 276



00163335085

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ASPİRASYON TORBASI 1500 ML ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (15/04/2022) günü saat 10:00 ' a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **170(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ASPIRASYON TORBASI 1500 ML	450	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

UNB BELİRTİNİZ.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : FIRAT BAKIR

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2f4ce1f3-5f3e-431d-a4aa-cbc299a74137

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## ASPIRATÖR TORBASI 1500 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kolay delinmemeli ve yırtılmamalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
- 3.Kitlerin kullanımı için gerekli olan donanım ücretsiz olarak karşılanacaktır. (Ameliyathaneler için mobil taşıyıcılar, yoğun bakım için duvar bağlantı plakları vs.)
- 4.Kitler birlikte ambalajlanmış hortum ve torbalardan oluşmalıdır.
- 5.Kitler, fleksibl(esnek) polietilen yapıda en az 1,5 litre en fazla 2 litre hacminde olmalıdır.
- 6.Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
- 7.Kit üzerinde birbirinde farklı çaplarda (hasta, vakum, seri bağlama, örnek alma girişleri gibi) bağlantı olmalıdır.
- 8.Kitin vakum kaynağı girişinde mekanik kapama valfi bulunmalı bu sayede torbanın tam kapasite dolum yapması sağlanmalıdır.
- 9.Aspire edilen materyalin ana vakum sistemine kaçmaması için gerekli teknik düzenek olmalıdır.
- 10.Aspire edilecek materyalin hacim artışına bağlı olarak, kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.
- 11.Kitlerin kapakları sağlam kapanmalı, düşme ya da basınç halinde içeriği boşalmamalıdır.
- 12.TITUBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
- 13.Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.
- 14.Aspirasyon torbaları ile birlikte 500 adet torbaya uyumlu kavanoz verilmesi gerekmektedir.

Mustafa ÖZDEMİR  
Genel Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşire

Adem PAKISURAT  
(Hemşire)