



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
13/04/2022 10:23 - E-52446582 - 949 - 277  
00163334640

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ATROSKOPİ ÖRTÜ SETİ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (15/04/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

HAVVA YÜKSEK  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ATROSKOPİ ÖRTÜ SETİ	60	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: c2345f0c-7cc7-4020-86da-c19c8a0f8c9f Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



# ARTROSKOPİ ÖRTÜ SETİ STERİL (DİSPOSABLE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Setler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tüm artroskopi vakalarında kullanılabilir ve tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
2. Hasta üst örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırmaz malzemeler kullanılmalı, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamı ile örtü tarafından absorbe edilebilmesini sağlayan üst katı EN AZ 28 gr /m<sup>2</sup> medikal non woven malzemedan mamul olmalı, alt katı sızdırma PE-PP olmalıdır. Üst katı fazla emici olmalıdır.
3. Örtülerde kullanılan cilde yapıştırılacak veya yapıştırılma ihtimali olan bantlar non-alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş ürünler olmalıdır.
4. Hasta örtüsü bir defada hastayı kapatabilecek şekilde tek parçadan oluşmalıdır.
5. Hasta örtüsünün operasyon bölgesinde, operasyon sırasında çıkan sıvıları emecek, yüksek emici özelliğinde takviye bulunmalıdır. El ve ayak uzuvlarının torba içine konulduğu örtüler, çift kat naylon destekli olmalıdır.
6. Örtünün hastanın operasyon bölgesine sabitlenmesi için delikli, elastik özellikte malzemedan üretilmiş bölüm yer almalıdır.
7. Artroskopi örtüsü operasyon sırasında çıkan sıvıları toplayacak bir torbaya sahip olmalıdır. Torba üzerinde aspirasyon için bir adet boşaltma tıpası bulunmaktadır. Poş da sıvının akışını kolaylaştırmak ve cerrahın poşu ayarlayabilmesi için bükülebilir tel bulunmalıdır. Poş 80X100 cm ebadında (100 cm ağız genişliği) olmalıdır.
8. Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere en az 65 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında medikal non woven malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
9. Önlükler sterilizasyonu bozulmadan giyilebilecek şekilde katlanmış olmalıdır.
10. Önlüklerde non-steril kişinin bağlanmasını sağlayan ve tutma yerini gösteren kart sistemi olmalıdır.
11. Önlüklerde kol manşetleri giyenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde dikişsiz tüp şeklinde örgü olmalıdır kol manşetleri minimum 8-10 cm olmalıdır.
12. Önlükler sağlamlığı arttırmak için kilitli çift iğne dikişle dikilmeli, kolların gövdeye tutturulması ve kol üst dikişlerinin kilitli çift iğneyle yapılması gereklidir kolların dikişli üst tarafta kalmalı ve bu sayede kontaminasyon riskinin minimuma indirmelidir.
13. Önlüklerde sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve ön gövde(batın gövdesi ve göğüs) kısımlarında kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş şekilde bir tarafı polietilen diğer yüzeyi emici non woven tabakadan oluşmuş takviye malzemesi bulunmalıdır.
14. Tüm set içeriği Alet Masa örtüsüne bohçalanmalıdır. Bohça steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde olmalıdır. Alet Masasının Örtüsü 200 X 155 +/-5CM boyutlarında üstünde medikal non woven malzemedan takviyesi olan polietilen malzemedan yapılmış olmalıdır. Alet masasının tam ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır.
15. Set alet masa örtüsüne sanlı olarak bir yüzü medikal şeffaf film, diğer yüzü medikal kağıttan imal edilmiştir. Etilenoksit gazı ile sterilizasyon yöntemine uygun sterilizasyon yöntemine uygun sterilizasyon poşeti ile paketlenmelidir.
16. Setler eto ile steril edilmelidir.
17. Set etiket üzerinde üretim bilgisi (lot/batch, üretim numaraları vb.) sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi Ay-Yıl olarak belirtmektedir.
18. Set içinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır.
  - 1 Adet 200x310 cm ebadında poşlu artroskopi örtüsü
  - 1 Adet 30x85 cm ebadında bacak kılıfı
  - 1 Adet 2.5 m uzunluğunda kamera kılıfı
  - 1 Adet 10x30 cm ebadında non-woven bant

*Mehmet*  
*Btly*  
*7.10.22*

- 1 Adet 2.5 ideal bandaj
- 1 Adet 155x200 cm ebadında alet masa örtüsü
- 2 Adet takviyeli cerrahi önlük, large
- 2 Adet el kurulama havlusu

Op. Dr.  
KILIŞ  
KILIŞ  
Dip. Tes. No: 147893  
UNAY  
UNAY  
NESİ  
Uzm.

Mehmet Feyyaz