



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

13.04/2022 09.13 - E-52446382 - 949 - 274



00163326381

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TYVEK RULO ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**15/04/2022**) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Hava YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TYVEK RULO 7,5CMX70M	5	ADET		
2	TYVEK RULO 15CMX70M	10	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

UBB Kodu Belirtiniz:

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 90f02c80-9b23-44f5-b53a-bce404ba300e

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



TYVEK RULOSU (NO: 7,5 VE 15)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapatılmış ambalaj açılırken kağıttan partikül koparmamalıdır.
2. Tyvek Rulo sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren Hidrojen peroksit indikatörü bulunmalıdır.
3. Lamine film delinme ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
4. Film kalınlığı minimum 55 ±5 mikron olmalıdır.
5. Tyvek rulonun gaz geçirgenliği olmalı, bakteriyel bariyer özellik taşımalıdır.
6. Medikal Tyvek Kağıt minimum 60 gr/m2 olmalıdır.
7. Tyvek Rulolar üzerlerinde belirtilen ebatlar dahilinde olmalıdır. Tyvek ruloların boyu 70 metre olmalıdır
8. İşlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deforme olmamalıdır.
9. Tyvek rulo sterilizasyon işlemi esnasında açılmamalı, patlamamalıdır.
10. Tyvek rulonun açma yönü belirtilmiş olmalı, işlem görmüş üründe açma sırasında kağıt yada film yüzeyde soyulma yırtılma deformasyon olmamalı, partikül oluşmamalıdır.
11. Tyvek rulonun kenar kaynakları minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.
12. Pigment migrasyonunu önlemek için, bütün baskılar Rulonun kullanım alanının dışında olmalıdır.
13. Ürün CE belgeli olmalıdır.
14. Ürünün sahip olduğu standartlar gereği marka, ebat ve lot numarası gibi bilgiler rulo üzerinde fabrikasyon olarak basılı olmalıdır.
15. Ürünlerin raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
16. Tyvek rulolar sterilizasyon işlemi esnasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
17. İhale öncesi numune teslim edilecektir, numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Hemşire
Nülifer Tokuşoğlu
Yaz

İ.Hail YILMAZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Sağlık Memuru