	TC **KİLİS VALİLİĞİ** **İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ** **GEREKÇE RAPORU**	Talep No : Tarih : / /2022

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü/Suriye Görev Gücü Başkanlığı Azez Vatan Hastanesi

GEREKÇE RAPORU

Hastanemiz ameliyathanesinde laparoskopi ameliyatlarında kullanılan 10 Lt karbondioksit tüpünün dolumu yapılması gerekmekte olup;

Gereğini bilgilerinize sunarım.

TALEP EDEN

Özkan SAYAN
Teknisyen

BİRİM SORUMLUSU
Özgür TÜLEK

Hastane Müdürü

UYGUNDUR
...../..../ 2022

Uz. Dr. Murat TEPE
Başhekim

KARBONDİOKSİT (CO2) GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Karbondioksit gazı medikal amaçlı kullanılacaktır. Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu belgelendirilmeli ve muayene esnasında ibraz edilmelidir.

2- Karbondioksit gazı en az % 99,5 saflıkta olacaktır.

3- Tüplerin üzerinde içindeki gazı belirten tüple bütünleşik döküm-kabartma veya deformasyona dayanıklı etiketi olmalı, içeriği, yüzdeleri, tartım ve dolum tarihi okunabilmelidir.

4- Karbondioksit tüpleri standartta belirtilen renkte boyanmış olacak, vanasında c02 ibaresi yazılı olacaktır.

5- Karbondioksit ventilleri standartlara uygun olacaktır.

6- Yüklenici firma Karbondioksit gazının TSE standartlarına uygunluğunu belgeleyen TSE Kalite Uygunluk Belgesi'ni ibraz edebilmelidir.

7- Tüplerin bakım ve onarımı firmaya ait olup kontrolleri firma tarafından yapılacaktır. Uygun olmayan tüpler servis formuyla hastane idaresine bildirilecektir.

8- Karbondioksit gazı tüp hacmi ve gaz miktarı 10 Lt için en az 6Kg olmalıdır.

Özkan Sayan
Teknisyen

Coşkun KARAKUŞ
Teknisyen

Mehmet MAMATOĞLU
Teknik Personel