



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ
20/04 2022 10:05 - E-52446582 - 949 - 302



00163774506

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TIBBİ SARF(ARTER VE VEN FİSTÜL İĞNESİ) ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (22.04./ 2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır,
HAVVA YÜKSEK

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ARTER FİSTÜL İĞNESİ	3.000	ADET		
2	VEN FİSTÜL İĞNESİ	3.000	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

VB3 Belirli Harz

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



2000 Aday

295

VEN İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril olacaktır ve tek kullanım olacaktır. Hastane setlerine uyumlu olacaktır.
2. Fistül iğneleri, pediatrik kullanım için 1 inç ve 17 gauge; yetişkin kullanım için 1-1 ¼ inç ve 16 gauge olacaktır. Merkezin istemine göre iğneler 17 veya 16 gauge verilecektir.
3. İğne uçları açılı kesim ve döner başlıklı olacaktır.
4. Tüp uzunluğu 15-30cm olacak, kaliteli plastikten ve esnek olacaktır.
5. Tüp üzerinde klemp olacaktır. Uçlarında vidalı kapak olacaktır, iğne uçlarında plastik koruyucu kılıf olacaktır.
6. CE belgeli ve UBB kayıtlı olmalıdır.
7. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
8. İhale öncesi en az 10 adet numune teslim edilecektir. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Uzm. Dr. Eray EROĞLU
KİLİS DEVLET HASTANESİ
İç Hast. ve Nöroloji Uzm.
Dip. Tes. No: 141772

Abdullahman OKUNAKOL
Diyaliz Teknisyeni

3.000 Adet

ARTER İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril olacaktır. Tek kullanım olacaktır. Hastane setlerine uyumlu olacaktır. Diyaliz hastalarında kullanım için uygun olacaktır.
2. Fistül iğneleri, pediatrik kullanım için 1 inç ve 17 gauge; yetişkin kullanım için 1-1 ¼ inç ve 16 gauge olacaktır. Merkezin istemine göre iğneler 17 veya 16 gauge verilecektir.
3. İğne uçları açılı kesim ve döner başlıklı olacaktır.
4. Tüp uzunluğu 15-30cm olacak, kaliteli plastikten ve esnek olacaktır.
5. Tüp üzerinde klemp olacaktır. Uçlarında vidalı kapak olacaktır, iğne uçlarında plastik koruyucu kılıf olacaktır.
6. Arter için kullanılacak fistül iğnesi kenar delikli olacaktır.
7. Fistül iğneleri Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ithal izin belgeli olarak ibraz edilecektir.
8. Teklif edilen ürünlerin fabrika ürün kodu kontrol belgesinde açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
9. İhale öncesi en az 10 adet numune teslim edilecektir. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.
10. CE belgeli ve UBB kaydı olmalıdır.

Uzm. Dr. Eray EROĞLU
KILIS DEVLET HASTANESİ
İç Hast. ve Nefroloji Uzm.
Dip. Tes. No : 41772

Abdurrahman OKUNAKOL
Diyaliz Teknisyeni

Abdurrahman OKUNAKOL
Diyaliz Teknisyeni