



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİM  
20/04/2022 10:05 - E-52446582 - 949 - 303



Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (22.04/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI HİDROJENPEROKSİT	50	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 836f2d12-7a60-4c17-82a5-b9a85a19d13c

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



## Hidrojen Hızlı Yüzey Dezenfektanı Teknik Şartnamesi

1. Ürün ıslanmasında sakınca olmayan ve daldırma metoduyla dezenfeksiyonu yapılamayan her türlü medikal ekipmanın hızlı dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.

2. Ürün kimyasal içeriğinde en fazla % 5 hidrojen peroksit ve etanol bulunmalıdır.

3. Aldehit, fenol, klor ve amin türevlerini içermemelidir.

4. Ürün geniş antimikrobiyal etkinliğe sahip olmalı.

-EN 13697 , EN 13727 +A1\A2 standartlarına göre kirli koşullarda çoklu ilaca dirençli bakteriler (Klebsiella, MRSA, Acinetobacter, VRE, P.aeuriginosa, S.aureus, E.coli, Enterococcus hirae) üzerine etkinliği 5 dk.

-EN 13624 , 13697 standartlarına göre yeast (C. Albicans ) ve mantarlar (A.niger ) üzerine etkinliği 5 dk.

-EN 14476 standartına göre virüsler üzerine ( Adenovirüs, Poliovirüs, Murine Norovirüs ) etkinliği 30 dk.

-PRV ( HBV model virüs), BVDV ( HCV model virüs), RSV dahil) etkinlikleri 15 dk.

-EN 14348, EN 14563 standartlarına göre tüberkülozit ( Mycobacterium terrae ) etkinliği olmalıdır.

-EN 13697 standartına göre B.subtilis , C. difficile , C. difficile VO 27, EN 14561 standartına göre B.subtilis sporlarına etkinliği 30 dk. olmalıdır.

Tüm etkinlik çalışmaları kirli koşullarda yapılmış olmalı ve firma bu özellikleri karşıladığına dair uluslararası akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını ihale dosyasında sunmalıdır.

5. EN 13697 uygulama standartına göre , fungusidal Paecilomyces variotii etkinliği test edilmiş olmalı, bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.

6. Ürün uygulandığı yüzeylerde herhangi bir korozyona neden olmamalı ve korozif olmadığına dair çalışma ihale dosyasında sunulmalıdır.

7. Ürün paslanmaz çelik, polioksimetilen, PVC , polipropilen, polikarbonat vb. yüzeyler ile uyumlu olmalı ve uyumlu olduğuna dair çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır.

8. Ürün uygulandığı yüzeyde herhangi bir kalıntı bırakmadan kendiliğinden hızlı kuruma özelliği olmalıdır.

Büşra ÇEKİÇ  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

Fadime ÖZFİDAN  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

9. Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu verilmelidir.

10. Ürün 1 L'lik orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ve içeriği yazılı olan etiket bulunmalıdır.

11. Her ürünle beraber 1 adet köpük yapıcı spreyleme tabancası ücretsiz olarak firma tarafından verilmelidir.

12. Firma ürünün yüzeylerdeki kullanım miktarı m1\m2 olarak teklifte belirtilecektir. Etkinlik yanında kullanım maliyeti açısından en ekonomik olması şartı aranacaktır.

13. Ürün 93\42\EEC direktiflerine göre gerekliliklerine sağlanmalı ve ÜTS ' de kayıtlı olduğu belgelendirilmelidir.

14. Ürün 2 (iki) yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. Son kullanma tarihine kadar stabil kaldığı laboratuvar çalışması ile belgelenmelidir. Ürün hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay miadı olmalıdır.


15. Teklif veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullanılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve \ veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün saçıminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

16. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune olarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz ( mikrobiyal etkinlik , toksikolojik, kimyasal içerik , korozif etki vb.) için gönderilebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

17. Numuneler orijinal ambalajında denenerek alınacaktır.

18. Kuruma teslim edilecek ürünün üretim serisine (lot numarasına) ait, üretici firmanın orijinal analiz sertifikası teslim sırasında ürün ile birlikte verilmelidir.

19. Yüklenici firma şartnamenin her maddesine tek tek uyacağını beyan ve taahhüt etmelidir.

  
Büşra ÇEKİÇ  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

  
Fadime ÖZFİDAN  
Enfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi