




T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
20/04/2022 10:05 - E-52446582 - 949 - 304



Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ARTER VEN SETİ YETİŞKİN ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

22 /04 / 2022 ) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adi geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ARTER VEN SETİ YETİŞKİN	3.000	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

UBB kodu Belirtiniz:

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6e502d9b-c058-4f7b-bf04-77ca561b9811

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



3.000 A4-7

291

### ARTER / VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Arter ucunda intravenöz spike ( Priming spike) ve sirkülasyon adaptörü bulunacaktır.  
2-Set tek kullanımlık ~~olacaktır.~~ ve forbalı olacaktır. *Basit*  
3-Arter ve Ven setleri merkezimizde bulunan makinelere uygun olacaktır. Total kan volümü 150 ml nin üzerinde olmayacaktır.

5-Arter ve Ven hattı üzerindeki izalatör sabit olmamalı ve gerektiğinde değiştirilebilir olmalıdır. Set sayısı kadar yedek izalatör steril bir biçimde, ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilmelidir.

6-Arter ve Ven tarafında drip chamber bulunmalıdır.

7-Arter hattı üzerinde arter yastığı, arter yastığı üzerinde serum hattı bulunacaktır. Arter ve ven hatları üzerinde birer hava tuzağı bulunacak ve ven tarafındaki hava tuzağında filtre bulunacaktır.

8-Arter ve Ven hattında enjeksiyon portu bulunacaktır.

9-Arter ve Ven hattı üzerinde, basınç tüpü üzerinde ve arteryel yastıkta tek elle kullanılacak klemler bulunacaktır.

10-Set steril olacaktır. ✓

11-Arter ve Ven Setleri ayrı ayrı ambalajlanacağı gibi tek tek ambalajda olabilir.

12-Arter ve Ven Setlerinin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ithal izin belgeleri kontrol belgesi olarak ibraz edilecektir. Teklif edilen ürünlerin fabrika ürün kodu kontrol belgesinde açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

13- İhale öncesi en az 5 adet numune teslim edilecektir. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Uzm.Dr. Eray EROĞLU  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
İç Hast. ve Nöroloji Uzm.  
Dip. Tes. No: 141772

Abdurrahman OKUNAKOL  
Diyadin Teknisyeni